INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 22/05/2025

Console de contre-pulsion intra-aortique Cardiosave Hybrid. – Défaut de la carte de gestion de l’alimentation de référence MCA000000568 – Datascope Corp. USA / Getinge

Information de sécurité n° R2511227 destinée aux établissements de santé, pharmacies d'usage intérieur

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Datascope Corp. USA / Getinge.
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le **n° R2511227**.
Pour toute question, merci de vous adresser directement à l’émetteur de l’action de sécurité.

Consultez le courrier de la société Datascope Corp. USA / Getinge