

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 03/07/2025

## Valve biologique percutanée aortique – Acurate neo2 and Acurate Prime – Boston Scientific Corporation

### Information de sécurité n° R2515998 destinée aux établissements de santé

L'ANSM a été informée par la société Boston Scientific Corporation de la mise en œuvre de l'arrêt mondial de commercialisation et du retrait des bioprothèses aortiques Acurate neo2 et Acurate Prime.

Cette notification est associée aux informations de sécurité [R2431547/R2432053](#) et [R2434370](#) diffusées respectivement par la société Boston Scientific Corporation en novembre 2024 et en janvier 2025.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° **R2515998**.

Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Consultez le courrier de la société Boston Scientific Corporation



INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 20/11/2024 - MIS À JOUR LE 24/02/2025

## Valve biologique percutanée aortique – Systèmes de valves aortiques Acurate neo2 and Acurate Prime – Boston Scientific Corporation

Information destinée aux établissements de santé