RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 07/07/2025 - MIS À JOUR LE 10/11/2025

Lève-personne avec système de pesée et lève-personne mobile Q-Link 13 utilisé avec Kit adaptateur Likoscale, Q-Link 13 utilisé avec lève-personnes Uno 102 EE, Viking XS/S/M/L/XL, Likolight – Liko AB

Information de sécurité n° R2516526 destinée aux officines, pharmacies d'usage intérieur, structures de soins de ville, grandes et moyennes surfaces, prestataires de santé à domicile

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2516526. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de retrait de produit effectuée par la société Liko AB/ Baxter.

Un premier avis de sécurité de rappel de produit, publié en juillet 2025, indiquait la nécessité de remplacer le composant Q-Link 13, pouvant être présent sur des lève-personnes et des pesons, par le nouveau composant mobile Q-Link. Dans l'attente de la disponibilité de ces Q-Link, les utilisateurs pouvaient continuer à utiliser le composant Q-Link 13 en prenant des précautions afin de fixer correctement le Q-Link 13 au crochet de dégagement rapide.

Début novembre 2025, la société Baxter (Liko) a informé l'ANSM de la mise à disposition des nouveaux composants mobiles Q-Link.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Consultez le courrier de la société Liko AB

Information du 07/07/2025

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de retrait de produit effectué par la société Liko AB.
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le**n° R2516526**.
Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Consultez le courrier de la société Liko AB de juillet 2025