

RAPPEL DE PRODUIT - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 14/08/2025

Bouteilles d'oxygéne médicinal Linde Healthcare 200 bar LIV 02R, LIV 02V et bouteilles d'Entonox 170 bar LIV K02, LIV B05 – Linde France

Niveau de rappel : en direct auprès des clients ayant reçu ces bouteilles

Le laboratoire Linde France, procède en accord avec l'ANSM, au rappel des **bouteilles d'oxygéne médicinal Linde Healthcare 200 bar LIV 02R, LIV 02V et d'Entonox 170 bar LIV K02, LIV B05** mentionnées ci-dessous :

- LIV 02R Oxygéne médicinal Linde Healthcare 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille d'un volume de 02L (code article 2020137) CIP 34009 343 536 5 9
 - Lot 1072551717, péremption 06/2030,
 - Lot 1072459826, péremption 06/2030,
 - Lot 1072654032, péremption 06/2030,
- LIV 02V Oxygéne médicinal Linde Healthcare 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille d'un volume de 02L (code article 2020178) CIP 34009 368 766 4 4
 - Lot 1072459826, péremption 06/2030,
- LIV K02 Entonox 170 bar, gaz pour inhalation, en bouteille d'un volume 02L (code article 3670121) CIP 34009 224 107
 3 9
 - Lot 1072458190, péremption 06/2028,
- LIV B05 Entonox 170 bar, gaz pour inhalation, en bouteille d'un volume 05L (code article 3670123) CIP 34009 224 109
 6 8
 - Lot 1072452823, péremption 06/2028.

Ce rappel fait suite à l'identification d'une possibilité de non-conformité de l'étiquette d'autonomie collée au niveau du sélecteur de débit de certaines bouteilles LIV conditionnées au cours du mois de juillet 2025 sur le site de Portet sur Garonne.

Le calcul de la durée d'utilisation disponible au moyen d'une étiquette d'autonomie ne correspondant pas au volume de la bouteille sur laquelle elle est apposée peut amener à une surestimation de la durée d'utilisation disponible et par voie de conséquence à une interruption anticipée du traitement.

Ce rappel a été effectué en direct auprès des clients ayant reçu ces bouteilles. Aucun numéro d'alerte n'a donc été attribué à ce rappel.