

RAPPEL DE PRODUIT - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 11/07/2019 - MIS À JOUR LE 15/04/2021

## Chlorure de sodium 0,9% B. Braun, solution pour perfusion 250 mL en poche Ecoflac, boîte de 20 et Glucose 5% B. Braun, solution pour perfusion 250 mL en poche Ecoflac, boîte de 20 - B. Braun

**Le laboratoire B. Braun Medical procède, en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel des lots des spécialités ci-dessous :**

### **CHLORURE DE SODIUM 0,9 % B. BRAUN solution pour perfusion 250 ml en poche ECOFLAC**

Code Article : 348592

- Lot : 19151404 – exp. 03.2022
- Lot : 19152411 – exp. 03.2022
- Lot : 19181405 – exp. 03.2022
- Lot : 19192403 – exp. 04.2022

### **GLUCOSE 5 % B. BRAUN solution pour perfusion 250 ml en poche ECOFLAC**

Code Article : 348593

- Lot : 19147407 – exp. 03.2022

Ce rappel fait suite à la présence éventuelle d'une micro-fuite au niveau de la partie supérieure du contenant remettant en question la stérilité de la solution.

Le laboratoire précise qu'aucun cas de pharmacovigilance en rapport avec ce défaut n'a été rapporté à ce jour.

Le rappel de lot est réalisé en direct avec les établissements de santé, aucun numéro d'alerte n'est attribué à ce retrait de lots.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre directement contact avec le Service Vigilance Qualité Produits de B. Braun Médical France au 01.41.10.74.84 ou par email à [vigilance\\_rappel.fr@bbraun.com](mailto:vigilance_rappel.fr@bbraun.com)