INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 23/10/2025

Défibrillateur externe (DAE) – HeartSine samaritan Pad-Pak and Pediatric-Pak – HeartSine Technologies/ Stryker – Vérifications des broches de connexions

Information n° R2526208/R2528260 destinée aux distributeurs, exploitants de DAE, services biomédicaux, pharmacies à usage intérieur

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société HeartSine Technologies précisant des instructions d'utilisation et une vérification des broches de connexion du dispositif.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le**n° R2526208/R2528260**.
Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Consultez le courrier de la société HeartSine Technologies