

RAPPEL DE PRODUIT - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 28/04/2026

## Atropine 1 pour cent Faure, collyre en solution en récipient unidose – Laboratoires Europhtha

**Niveau de rappel : en direct auprès des établissements et des professionnels de santé concernés. Aucun numéro d'alerte n'a donc été attribué à ce rappel.**

Les laboratoires Europhtha procèdent, en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel du lot mentionné ci-dessous de la spécialité :

- **Atropine 1 pour cent faure, collyre en solution en récipient unidose - 100 récipients unidose**  
(CIP : 34009 322 763 2 5)  
Lot 2X27 - péremption 06/2027

Ce rappel fait suite à l'identification d'un risque potentiel de contamination microbienne du lot 2X27 d'Atropine 1% Faure après la découverte d'un résultat non conforme chez le fabricant lors de la revalidation de la ligne de production.

Le laboratoire précise qu'à ce jour aucun effet indésirable ni aucune réclamation qualité en lien avec le défaut n'ont été rapportés suite à l'utilisation d'unités issues du lot concerné.

Pour toute information d'ordre médical, vous pouvez contacter le 01 41 12 21 75

*Niveau de rappel :*

*En direct auprès des établissements et des professionnels de santé concernés. Aucun numéro d'alerte n'a donc été attribué à ce rappel.*