

RAPPEL DE PRODUIT - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 29/05/2026

Chloraprep, solution pour application cutanée 60 ampoules en verre de 1 ml et 20 ampoules en verre de 1,5 ml avec applicateur – Becton Dickinson France

Niveau de rappel : en direct auprès des établissements de santé destinataires du lot

Le laboratoire Becton Dickinson France procède, en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel des lots mentionnés ci-dessous des spécialités :

- **Chloraprep, solution pour application cutanée 60 ampoules en verre de 1 ml avec applicateur - CIP 34009 550 624 00**
- **Chloraprep, solution pour application cutanée 20 ampoules en verre de 1,5 ml Frepp avec applicateur - CIP 34009 269 903 36**

Liste des lots concernés

+

Code Produit BD	Code CIP	Nom du Produit	Numéro de lot	Date de péremption
930901	34009 550 624 00	Chloraprep, solution pour application cutanée 60 ampoules en verre de 1 ml avec applicateur	3196393	30 Jun 26
			3325915	31 Oct 26
			3325918	31 Oct 26
			4021709	31 Dec 26
			4058230	28 Feb 27
			4058232	28 Feb 27
			4086014	31 Mar 27
			4086017	31 Mar 27
			4149178	31 May 27
			4155875	31 May 27
			4206632	30 Jun 27
			4210656	30 Jun 27

			4212800	30 Jun 27
			4233418	31 Jul 27
			4267729	30 Sept 27
			4270388	30 Sept 27
			4302021	31 Oct 27
			4302040	31 Oct 27
			4305711	31 Oct 27
			4324566	30 Nov 27
			4348098	31 Dec 27
			5026580	31 Jan 28
			5052205	29 Feb 28
			5081618	31 Mar 28
			5127264	30 Apr 28
			5133556	31 May 28
273299	34009 269 903 36	Chloraprep, solution pour application cutanée 20 ampoules en verre de 1,5 ml Frepp avec applicateur	3313882	31 Oct 26
			4020572	31 Jan 27
			4177103	31 May 27
			4264525	30 Sept 27

Ce rappel fait suite à l'identification, en dehors du marché français, d'un risque potentiel de perte de stérilité lié à la présence de plis dans l'opercule en papier du conditionnement de ces 2 spécialités pharmaceutiques, susceptibles de s'étendre jusqu'à la zone de scellage.

Becton Dickinson France a déterminé que les lots mentionnés ci-dessus pourraient potentiellement présenter le même défaut.

Le laboratoire Becton Dickinson France n'a à ce jour reçu aucune réclamation qualité, ni aucun signalement d'événement indésirable, en relation avec des défauts de scellage sur l'emballage du lot objet du rappel.

Niveau de rappel : En direct auprès des établissements de santé destinataires du lot.

Aucun numéro d'alerte n'a donc été attribué à ce rappel.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le représentant BD local ou le service relation client au 04 76 68 94 96 ou par e-mail serviceclientbdf@bd.com.