

RAPPEL DE PRODUIT - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 10/07/2026

Chloraprep, solution pour application cutanée 60 ampoules en verre de 1 ml avec applicateur – Becton Dickinson France

Niveau de rappel : en direct auprès des établissements de santé destinataires des lots

Le laboratoire Becton Dickinson France procède, en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel des lots mentionnés ci-dessous de la spécialité :

Chloraprep, solution pour application cutanée 60 ampoules en verre de 1 ml avec applicateur – CIP 34009 550 624 00

- Lot 5175366 – péremption le 30/06/2028
- Lot 5200357 – péremption le 31/07/2028
- Lot 5200358 – péremption le 31/07/2028
- Lot 5231317 – péremption le 31/08/2028
- Lot 5265230 – péremption le 30/09/2028
- Lot 5265232 – péremption le 30/09/2028
- Lot 5270791 – péremption le 30/09/2028
- Lot 5296191 – péremption le 31/10/2028
- Lot 5297630 – péremption le 31/10/2028
- Lot 5323848 – péremption le 30/11/2028
- Lot 5324390 – péremption le 30/11/2028
- Lot 5351181 – péremption le 31/12/2028

Ce rappel fait suite à l'identification d'un risque potentiel de perte de stérilité lié à une ouverture partielle ou à un scellage incomplet de l'emballage de l'applicateur. La solution contenue dans l'ampoule demeure stérile.

Becton Dickinson France a déterminé que les lots mentionnés ci-dessus pourraient potentiellement présenter ce défaut.

Ce rappel a été effectué en direct auprès des établissements de santé destinataires des lots. Aucun numéro d'alerte n'a donc été attribué à ce rappel.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le représentant BD local ou le service relation client au 04 76 68 94 96 ou par e-mail serviceclientbdf@bd.com.