INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 21/10/2026

Ventilateur pour usage à domicile Luisa – Löwenstein Medical

Information n° R2630277 destinée aux prestataires de santé à domicile

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Löwenstein Medical concernant les ventilateurs pour usage à domicile Luisa.

Ces ventilateurs équipés d'une version logicielle spécifique peuvent présenter un défaut de communication ayant pour conséquence possible, un défaut de l'état de charge de la batterie affichée. A ce jour, aucun incident en lien avec ce défaut n'a été remonté au fabricant.

Les prestataires de santé concernés doivent mettre à jour la version logicielle équipant ces dispositifs avant fin janvier 2027.

Les prestataires de santé concernés ont reçu l'information de sécurité ci-jointe ainsi que le courrier destiné aux patients qu'ils doivent leur transmettre.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le**n° R2630277**.
Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Consultez le courrier de la société Lowenstein Medical