RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 23/11/2026

Préservatifs Amor Thin 12pc et Vibratissimo Mix 100pc – Amor Gummiwaren GmbH

Rappel n° R2635239/R2635241 destiné aux distributeurs et aux utilisateurs finaux

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de rappel de lots par la société Amor Gummiwaren GmbH.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Elle fait suite :

- À l'arrêté du 22 octobre 2026 portant suspension de la mise sur le marché et de l'importation, retrait et rappel de préservatifs ultra-fins fabriqués par la société Richter Rubber Technology Sdn. Bhd., Malaysia, selon la méthode d'adjonction manuelle d'eau ammoniaquée ;
- Et en conséquence au rappel demandé par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), diffusé sur le site RappelConso.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2635239/R2635241. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Téléchargez le courrier de la société Amor Gummiwaren GmbH