RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 08/11/2019

Désinfectant pour STE/Endoscopie - Surfa'Safe Premium and other trade names - DMD - Rappel

Désinfectant pour STE/Endoscopie - Surfa'Safe Premium and other trade names - DMD - Rappel

L'ANSM a été informée par les Laboratoires Anios de la présence de bactéries dans plusieurs lots des désinfectants Surfa’safe premium et ses déclinaisons, ainsi qu’Opaster Anios. Ces produits ne doivent plus être utilisés et sont rappelés par le fabricant.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (08/11/2019).

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1919834.

Lire aussi

- Produits de désinfection des laboratoires ANIOS
- Désinfectant pour STE/Endoscopie - Aniosyme DD1 - Laboratoires Anios - Rappel(15/11/2019)
- Les désinfectants Surfa’safe premium et Opaster Anios des Laboratoires Anios ne doivent plus être utilisés - Communiqué (07/11/2019)
- Désinfectant pour STE/Endoscopie - Surfa'Safe Premium and other trade names - Laboratoires Anios - Rappel (08/11/2019)