

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 08/11/2019 - MIS À JOUR LE 16/04/2021

Désinfectant pour STE/Endoscopie - Surfa'Safe Premium and other trade names - Laboratoires Anios

L'ANSM a été informée par les Laboratoires Anios de la présence de bactéries dans plusieurs lots des désinfectants Surfa'safe premium et ses déclinaisons, ainsi qu'Opaster Anios.

Ces produits ne doivent plus être utilisés et sont rappelés par le fabricant.

Les utilisateurs concernés ont reçu les courriers ci-joints

Désinfectants Surfa'safe

Désinfectants Opaster

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1919834.

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 08/11/2019

Désinfectant pour STE/Endoscopie - Surfa'Safe Premium and other trade names - DMD - Rappel

Désinfectant pour STE/Endoscopie - Surfa'Safe Premium and other trade names - DMD - Rappel



PUBLIÉ LE 07/11/2019 - MIS À JOUR LE 15/01/2021

Les désinfectants Surfa'safe premium et Opaster Anios des Laboratoires Anios ne doivent plus être utilisés - Communiqué
