

Dosage du cholestérol - LDL

PUBLIÉ LE 29/06/2017 - MIS À JOUR LE 30/07/2026

Référent : Françoise CHEVENNE

Fin de l'étude : mai 2017

Problématique

La CNAMTS a saisi l'ANSM pour réaliser un état des lieux des performances revendiquées par les fabricants à partir des notices de leurs réactifs de dosage du cholestérol LDL (C-LDL). Les performances analytiques des réactifs de dosage du C-LDL par méthode directe semblent souvent insuffisantes pour un résultat fiable et utilisable par le clinicien.

Objectif

Le bilan des performances a été établi à partir des notices d'utilisation des réactifs et des calibrants associés fournies par les fabricants, mandataires ou distributeurs européens.

Données scientifiques

Contrôle du marché des réactifs de dosage du Cholestérol - LDL (29/06/2017)

