

Etonogestrel

Substance active

Etonogestrel

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

Nexplanon

Générique(s) disponible(s)

Non

Mesures additionnelles de réduction du risque validées par l'ANSM et diffusées par le(s) laboratoire(s) exploitant(s) le(s) médicament(s)

Les risques liés à l'usage de Nexplanon sont des risque d'erreur ou d'échec liés :

- à la fois à la procédure d'insertion qui, si elle n'est pas correctement réalisée, avec précautions et conformément aux instructions, entraine un risque de grossesse ou un risque de migration notamment artériel,
- et à la fois à la procédure de retrait notamment quand l'insertion n'est pas réalisée correctement

Les documents actualisés mis en œuvre pour réduire ces risques sont :

- pour le professionnel de santé = 1 guide, rappelant les consignes à respecter strictement ainsi que les recommandations à fournir à la patiente, et 2 videos (insertion en SOUS-CUTANÉ JUSTE SOUS LA PEAU/retrait) qui viennent compléter **la formation, à privilégier en présentiel, dispensée par le laboratoire**, accessibles en cliquant sur le lien ci-dessous
- pour la patiente une carte d'alerte et une brochure regroupant les informations et recommandations nécessaires au suivi de ce traitement notamment la palpation occasionnelle de l'implant une fois inséré.

[!\[\]\(b4eeff342f60cc7bcd67d869b4fedca2_img.jpg\) Guide pour les professionnels de santé - Nexplanon \(13/08/2024\)](#)

[!\[\]\(4f6bf54ae7e4144a72d78316053e412d_img.jpg\) Guide à destination des patientes dans le cadre du plan de réduction des risques liés à l'usage de Nexplanon \(26/11/2021\)](#)

[!\[\]\(3342c215b2a8b663596a81468d5dc314_img.jpg\) Carte Alerte patiente - Nexplanon \(13/08/2024\)](#)

Base publique du médicament

Données BDPM

[Lire aussi](#)

Après votre formation à la manipulation de l'applicateur, retrouvez les vidéos de pose et retrait



PUBLIÉ LE 13/06/2025 - MIS À JOUR LE 04/07/2025

Migration de l'implant contraceptif Nexplanon dans l'artère pulmonaire : bilan et nouvelles recommandations

SURVEILLANCE - PHARMACOVIGILANCE



PUBLIÉ LE 06/12/2019 - MIS À JOUR LE 13/06/2025

Implant contraceptif Nexplanon : renforcement des mesures de réduction du risque de migration notamment dans l'artère pulmonaire

BON USAGE - RECOMMANDATIONS