

QUESTIONNAIRE DECLARANT

Déconnexion de ligne à sang d'hémodialyse de l'abord patient

Ce questionnaire doit être accompagné du formulaire Cerfa de déclaration de matériovigilance

CATHETER:

Type de cathéter: Cathéter d'hémodialyse aigu (non tunnelisé)
 Cathéter de ponction de fistule
 Cathéter d'hémodialyse chronique (tunnelisé) - Durée d'utilisation:

Fabricant :

Référence:

LIGNE:

Fabricant:

Référence:

Modèle du générateur d'hémodialyse:

INCIDENT:

Lieu de survenue:

Date de survenue:

Déconnexion: totale partielle (dévissage)

Localisation de la déconnexion: raccord artériel raccord veineux

Conséquences (Le détail des conséquences est à préciser dans le formulaire Cerfa):
 Entrée d'air dans la tubulure
 Fuite de sang - estimation de la quantité de sang perdue:

Aviez-vous rencontré une difficulté lors de la connexion ? Oui Non

Avez-vous constaté un endommagement du raccord côté cathéter? Oui Non Non vérifié

Avez-vous constaté un endommagement du raccord côté ligne? Oui Non Non vérifié

La déconnexion fait-elle suite à une agitation ou mobilisation du patient ? Oui Non Ne sais pas