

# Avis relatif à la sécurité

**Référence produit et description :** Coffret C1 inhibiteur Optilite - NK019.OPT  
**Référence :** GLB131803  
**Date :** 17 March 2020  
**Objet :** Date de péremption incorrecte

## Résumé du problème :

The Binding Site a relevé qu'une date de péremption incorrecte figure sur l'étiquette du réactif (R019.OPT), l'étiquette de la boîte du coffret et le certificat CQ du lot 432534 de NK019.OPT. Actuellement, la date de péremption est le 31 juillet 2021. Cependant, la date de péremption correcte est le 30 avril 2021.

Ce produit ne peut être utilisé au-delà du 30 avril 2021. L'Optilite ne notifiera pas à l'utilisateur que le réactif a expiré à la bonne date de péremption du 30 avril 2021.

## Détails des appareils concernés :

Produit	Numéro(s) de lot(s)	Date d'expiration actuelle	Date d'expiration correcte
NK019.OPT – Coffret C1 inhibiteur Optilite	432534.	30 juillet 2021	30 avril 2021

## Recommandation sur l'action à prendre par l'utilisateur :

- Veuillez à ce que ce produit ne soit pas utilisé après le 30 avril 2021 et à ce que vos données soient à jour pour saisir la date d'expiration correcte.

## Document associé :

- *Formulaire de retour électronique TSWS18*

## Transmission de ces informations importantes :

- Le présent avis doit être diffusé à toutes les personnes qui doivent savoir, au sein de votre organisation ou dans toute autre organisation, où les dispositifs potentiellement affectés ont été transférés.
- Veuillez transférer le présent avis aux autres organisations sur lesquelles cette action a un impact.
- Veuillez suivre nos recommandations et vous tenir informé sur cet avis ainsi que sur l'action qui en résulte pour une période adéquate afin de garantir l'efficacité de l'action corrective.

The Binding Site vous remercie d'ores et déjà pour votre aide et votre soutien dans la mise en œuvre des mesures décrites plus haut et présente ses plus sincères excuses pour tout désagrément causé.

Bien cordialement,



Kiranjit Kang

Technical Services Manager

Pour davantage d'informations, veuillez contacter

Votre représentant Binding Site local

ou

L'assistance technique du groupe

Royaume-Uni : +44(0) 1214569696

[Technical.support@bindingsite.com](mailto:Technical.support@bindingsite.com)