

Asnières sur Seine, le 11 janvier 2019

Objet : courrier d'accompagnement de la notification urgente de sécurité 18-199

Chère cliente, cher client,

Vous utilisez actuellement les Laryngoscopes VitalView composés d'un manche et de lames dédiées à usage unique.

Nous sommes au regret de vous informer que le fabricant (société Vyair) n'est plus en mesure actuellement de fournir les lames indispensables au bon fonctionnement.

Il s'agit des références suivantes :

4002	Haute visibilité MAC-2
4002S	Haute visibilité MAC-2
4003	Haute visibilité MAC-3
4003S	Haute visibilité MAC-3
4004	Haute visibilité MAC-4
4004S	Haute visibilité MAC-4
4511	Miller-1

Nous vous invitons à anticiper une éventuelle rupture de consommable en retenant une solution alternative temporaire.

Notre ingénieur des ventes en charge de votre établissement vous informera personnellement d'un retour à la normale des approvisionnements.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les difficultés occasionnées et nous vous assurons de tout mettre en œuvre pour résoudre au plus vite cette anomalie.

Jean-Luc FORTUNE

Responsable de gammes

Les coordonnées de notre service réglementaire :

Madame Céline PERNOLD

materiovigilance.fr@surgcomp.com

☎ 01 41 47 56 56