



ACCUSE DE RECEPTION

Action Corrective Urgente

Plaques de référence VITROS® noires avec un numéro de référence incorrect sur la boîte

Veillez remplir et nous retourner ce certificat de réception avant le **3 juin 2021**

Cachet du laboratoire obligatoire

- Nous certifions, Laboratoire..... avoir reçu l'action corrective urgente (réf. CL2021-085) concernant les plaques de référence VITROS® noires avec un numéro de référence incorrect sur la boîte
- Mon laboratoire n'a pas reçu de lot concerné de plaques de référence VITROS® noires et n'est donc pas concerné par ce problème.
- Mon laboratoire a reçu un lot de plaques de référence VITROS® noires concerné et a déjà contacté Ortho pour un remplacement.
- Mon laboratoire a reçu un lot de plaques de référence VITROS® noires. Veuillez les remplacer par des plaques de référence VITROS® blanches comme indiqué dans le formulaire de demande d'échange.

Fait à, le

Nom :

Signature :

Document à retourner à :

Ortho Clinical Diagnostics France

Service Réglementaire & Qualité

1500, Boulevard Sébastien Brant

B.P 30335

67411 Illkirch CEDEX – France

Courriel :

ocd.reglementaires@orthoclinicaldiagnostics.com

Fax: 01 41 90 74 25