

Villers les Nancy,
Le 22 juin 2021

Courrier destiné au Pharmacien / Correspondant matériovigilance

Objet : Avis de sécurité (Field Safety Notice)
Notre référence : ADS 06 2021

Chère cliente, cher client

Le Laboratoire Marque Verte procède, à la demande de l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel de lots de sérum physiologique mentionnés ci-dessous :

Code ACL :	Libellé produit	N° de Lot :	Date de péremption
3401599170711	Sérum Physiologique Marque Verte 40 Unidoses	AE1111	30/04/2023
		AE1062	30/04/2023
		AE0931	30/04/2023
		AE2653	30/08/2023

Cette décision fait suite à un risque de défaut de stérilité sur les lignes de fabrication des unidoses chez notre fabricant (Laboratoire GIFRER-BARBEZAT, contact : Hind TLEMCANI, Pharmacien Responsable). A ce jour nous n'avons relevé aucune réclamation, ni cas de vigilance ni défaut de stérilité lors du contrôle qualité de ce produit. Néanmoins par mesure de précaution, nous vous demandons de ne pas utiliser ce produit.

Mesures à prendre :

Nous vous demandons de prendre connaissance de cet avis de sécurité, et de :

- Détruire les produits concernés
 - Diffuser cet avis de sécurité aux consommateurs finaux concernés
 - Compléter et nous retourner le formulaire ci-joint (même si vous ne disposez plus du produit concerné).
- Par e-mail : vigilances.lmv@lacooperativewelcoop.com

L'ANSM a été informé de cet avis de sécurité.

Vous pouvez nous contacter via cette adresse e-mail : vigilances.lmv@lacooperativewelcoop.com

Le Laboratoire Marque Verte s'engage à distribuer uniquement des produits répondant aux normes qualité les plus strictes. Nous regrettons cet incident et les désagréments occasionnés, et restons à votre disposition pour tout complément d'information.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

LABORATOIRE MARQUE VERTE
5, Allée de Saint Cloud - CS 40149
54602 VILLERS LES NANCY Cedex

Tél : +33 (0)3 83 55 05 67
Mail : laboratoire@marqueverte.com

www.laboratoiremarqueverte.com

Nathalie LEJEUNE,
Pharmacien Responsable