



Puteaux, le 5 octobre 2021

**Objet : rupture de stock de l'insuline NovoRapid® PumpCart® (CIP : 3400927714573) à compter du 7 octobre 2021**

Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère,

Novo Nordisk souhaite vous informer d'une rupture de stock de NovoRapid® PumpCart®.

**NovoRapid® PumpCart® 100 unités/ml, solution injectable en cartouche  
(insuline asparte)  
Code CIP : 3400927714573**

NovoRapid® est indiqué dans le traitement du diabète de l'adulte, de l'adolescent et de l'enfant à partir de 1 an.

NovoRapid® PumpCart® est une cartouche préremplie d'insuline asparte prête à être utilisée directement dans une pompe à perfusion d'insuline compatible :

- mylife™ YpsoPump®, Ypsomed
- Accu-Chek® Insight, Roche Diagnostics

Cette rupture de stock fait suite à des difficultés de production qui affecteront la livraison de ce produit en France, à compter du 7 octobre 2021. La date de remise à disposition est prévue pour mi-novembre 2021.

Cette rupture n'est pas la conséquence d'un problème de sécurité ou de qualité du produit.

Les autres présentations de NovoRapid® restent disponibles.

Afin de pallier cette rupture de stock, trois options sont possibles pour vos patients utilisant NovoRapid® PumpCart®. L'option la plus adaptée est à déterminer selon les besoins individuels de chaque patient.

**1. Remplacement par Fiasp® PumpCart® 100 unités/ml, solution injectable en cartouche (insuline asparte ; CIP : 3400930208861)**

Fiasp® PumpCart® est une cartouche préremplie d'insuline asparte prête à être utilisée directement dans les mêmes pompes à perfusion d'insuline que NovoRapid® PumpCart®.

Le remplacement peut être effectué **dose pour dose**. Nous vous rappelons que le délai d'action de Fiasp® est plus rapide que celui de NovoRapid®, ce qui entraîne une augmentation de l'effet hypoglycémiant précoce. Il est donc recommandé de **surveiller attentivement la**

**glycémie** durant les premières semaines. Les patients doivent être informés de manière adéquate pour limiter tout risque potentiel d'hypoglycémie.

**2. Utilisation d'un réservoir à remplir avec un flacon de NovoRapid®, Fiasp® ou toute autre insuline compatible (applicable pour la pompe mylife™ YpsoPump®)**

La pompe mylife™ YpsoPump® est équipée d'un réservoir qui peut être rempli avec une insuline rapide sous forme de flacon de 100 unités/ml. Le remplissage du réservoir d'insuline doit être effectué en suivant les instructions disponibles dans le guide d'utilisation.

**3. Remplacement par une insulinothérapie en multi-injections quotidiennes**

Le passage de NovoRapid® PumpCart® à un schéma insulinique par multi-injections quotidiennes doit se faire sous la stricte surveillance du médecin, avec une surveillance glycémique renforcée.

Nous vous remercions d'informer vos patients utilisant NovoRapid® PumpCart® de cette rupture de stock temporaire.

Nous vous rappelons que tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament doit être déclaré à votre Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV) ou sur [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr).

Pour toute question ou demande d'information médicale complémentaire, notre Service d'Information Médicale se tient à votre disposition par téléphone au 0 800 80 30 70 (numéro vert) ou au 01 41 97 65 00, et par email [infomed@novonordisk.com](mailto:infomed@novonordisk.com).

Pour plus d'information sur les médicaments, consultez le site internet [www.base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr](http://www.base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr).

Conscients des désagréments causés par cette situation, nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, Chère Consœur et Cher Confrère, l'expression de notre considération distinguée.

**Emmanuelle Lesourd**  
Pharmacien Responsable