

Nos réf. : FSNVK20210518-28-AG210532

Affaire suivie par :  
Alain GUILLAUMOT  
Tel : 03.25.02.10.31  
Fax : 03.25.02.10.20  
[vigilance@landanger.com](mailto:vigilance@landanger.com)

A l'attention du correspondant  
MATERIOVIGILANCE  
SERVICE PHARMACIE

Chaumont, le 25 Octobre 2021

Référence documentaire client: voir liste jointe en annexe

**Information de sécurité – URGENTE**  
**NOTIFICATION DE RAPPEL – ACTIONS REQUISES**  
**REF B890570 / PINCES DISSECTION DE SERVICE ADSON 120 MM à griffes**

Madame, Monsieur,

Notre société a lancé **un rappel de produits** en accord avec les autorités compétentes concernant des **PINCES DISSECTION DE SERVICE ADSON 120 MM à griffes (réf: B890570)** après avoir déterminé que :

1/ Les sachets de conditionnement individuels des pinces réutilisable LANDANGER "S" 'PINCE DISSECTION ADSON L:120MM à griffes - Référence B890570 du lot 7136 livrée entre 03/2020 et 05/2020 contiennent des pinces B890571 (Pince dissection Adson LANDANGER 'S' SANS griffes).

Note : Le marquage présent sur les pinces (B890571) est conforme à leur description et leur utilisation.



2/ L'utilisation de pince à dissection sans griffes en lieu et place de pinces à griffes ne présente pas de risque pour l'utilisateur, le patient ou un tiers.

Nous vous envoyons cette notification de rappel, car nos fichiers indiquent que votre établissement aurait reçu une ou plusieurs unités de ce dispositif médical à partir pendant cette période.

A réception de la Feuille 2 renseignée, nous vous prendrons contact avec vos services pour procéder au retour et à l'échange des produits concernés.

Alain GUILLAUMOT  
Chargé qualité - SMQ

Lucie BORDES  
Responsable Matériovigilance

# LANDANGER

Nos réf. : FSNVK20210518-28-AG210532

## FEUILLE 2 / ACTIONS REQUISES

1, Veuillez identifier et isoler les produits correspondant au lot listé et vous assurer qu'ils ne peuvent être utilisés.

2, Veuillez compléter la partie "vérification établissement de santé" ci-jointe et la transmettre par email ou fax à Alain GUILLAUMOT au 03.25.2.10.20.

Remplissez bien cette partie, même si vous n'avez pas de produits à retourner.

3, A réception, nous vous contacterons afin d'organiser dans les meilleures conditions le retour et l'échange gratuit des produits concernés.

### VERIFICATION ETABLISSEMENT DE SANTE

#### Etablissement:

N° CLIENT	NOM - ADRESSE

#### Historique des livraisons

N° BON DE LIVRAISON	DATE	REFERENCE	Qts

#### Responsable Martériovigilance:

Mme / Mr : .....

Autre fonction : .....

Mme / Mr : .....

Tel:..... Fax:.....EMAIL :

**RAPPEL PRODUIT : PINCE A DISSECTION LANDANGER DE SERVICE  
ADSON 120 MM A GRIFFES - B890570**

- Pince conditionnée B890570 - LOT : 7136

Quantité:

- Pince déconditionnée avec marquage B890571

Quantité:

Aucune pince identifiée

Vérification par : .....Fonction:.....

Date: .....

Visa / Tampon:

A transmettre à ALAIN GUILLAUMOT - [vigilance@landanger.com](mailto:vigilance@landanger.com)

ou par FAX au +33 - 3.25.02.10.20