



# **Chirurgie de l'incontinence urinaire et des prolapsus pelviens**

Bilan des incidents de matériovigilance  
avec effet pour les patients  
entre 2011 et 2018


# ANSM : Matéριοvigilance / analyse (1)

246 incidents signalés sur 228 patients (entre 2011 et 31.12.2018)


Patients 15 21 25 23 22 21 37 64



# ANSM : Matéριοvigilance / analyse (2)



# ANSM : Matéριοvigilance / analyse (3)



Effets les plus fréquents pour les patients :

- Avec les bandelettes pour IU féminine
  - Érosion / exposition (31)
  - Signes fonctionnels urinaires (24)
  - Douleur (21)
- Plaques pour cure de POP voie basse :
  - Érosion / exposition (19)
  - Douleur (8)
  - Signes fonctionnels urinaires (6)

Type d'incident

- INCIDENT PER - OPERATOIRE
- INCIDENT POST - OPERATOIRE
- INCIDENT PRE - OPERATOIRE
- RETRAIT DU DM

### **Avertissement**

- Lien d'intérêt : personnel salarié de l'ANSM (opérateur de l'Etat).
- La présente intervention s'inscrit dans un strict respect d'indépendance et d'impartialité de l'ANSM vis-à-vis des autres intervenants.
- Toute utilisation du matériel présenté, doit être soumise à l'approbation préalable de l'ANSM.

### **Warning**

- Link of interest: employee of ANSM (State operator).
- This speech is made under strict compliance with the independence and impartiality of ANSM as regards other speakers.
- Any further use of this material must be submitted to ANSM prior approval.