

GC Tech.Europe GmbH, Harkortstr. 2, 58339 Breckerfeld

Client
Adresse 1
Adresse 2
Code postal, Ville, Pays

Breckerfeld, 31 août 2022

Avis de sécurité sur le terrain : Aadva™ Implant conique étroit 8 mm 810248 LOT 22206

Cher/chère client(e),

Nos dossiers indiquent que vous avez reçu le produit suivant :

Référence de l'article	Description	LOT	quantité	Facture	Date
810248	Aadva™ Implant conique étroit 8 mm	22206			

Notre système de gestion de la qualité a révélé que l'implant conique Aadva Narrow 8 mm (REF : 810248) pouvait présenter une erreur d'étiquetage.

L'emballage du produit comprenait l'implant conique - Type : étroit, longueur : 8 mm, diamètre : 3,3. L'étiquette sur l'emballage (REF : 810248 ; code HIBC : +E53781024807 ; LOT : 22206) reflétait le produit réel à l'intérieur de l'emballage (implants de 8mm). Les blisters du produit stérile fournissaient également les informations sur le produit réel (implants de 8 mm). Cependant, une étiquette auxiliaire placée sur l'emballage indiquait une information sur le produit incorrecte (implants de 14 mm) par rapport au contenu réel à l'intérieur.



Plusieurs niveaux d'inspection du lot éventuellement concerné n'ont révélé aucune erreur d'étiquetage. Nous supposons donc que le cas représenté pourrait être une erreur isolée.

Nous nous excusons de la possibilité que cette erreur ait pu se produire et de tout inconvénient potentiel. Nous vous demandons de bien vouloir renvoyer l'implant susmentionné à votre représentant commercial GC Tech et de remplir le formulaire de confirmation ci-joint. Vous pouvez également nous renvoyer l'implant éventuellement concerné, si vous préférez cette option. Dès que vous aurez renvoyé l'implant, vous recevrez un remplacement ou une note de crédit.

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : marc.wendland@gc.dental ou +49 2338 801 982 ou votre contact GC local.

Christian Spotti,
Directeur général GA et RA

Murat Aydin
Directeur Assurance Qualité & QQM

Mario Minale
PRRC / Chef des affaires
réglementaires - GCE NV

Client
Adresse 1
Adresse 2
Code postal, Ville, Pays

Avis de sécurité Réception de la confirmation : Aadva™ Implant conique étroit 8 mm 810248 LOT 22206

Veuillez renvoyer ce reçu de confirmation par e-mail à marc.wendland@gc.dental ou par courrier à notre adresse : GC Tech.Europe GmbH, Harkortstrasse 2, 58339 Breckerfeld, Allemagne, ou renvoyez-le à votre représentant commercial GC Tech.

Référence de l'article	Description	LOT	quantité	Facture	Date
810248	Aadva™ Implant conique étroit 8 mm	22206			

Veuillez cocher ce qui convient :

- J'ai lu et compris la notice de sécurité du 31 août 2022.
- J'ai renvoyé l'implant conique étroit Aadva™ spécifié ci-dessus au représentant commercial de GC Tech.
- J'ai retourné l'implant conique Aadva™ étroit susmentionné par envoi.
- Je n'ai pas de produits en stock
- Si j'ai d'autres questions, veuillez me contacter à : _____

Date: _____

Nom: _____

Signature: _____

GC Tech.Europe GmbH
Harkortstr. 2
D-58339 Breckerfeld
Telefon +49 (0)2338/801-980
Fax +49 (0)2338/801-985

AG Hagen - HRB 9769
Geschäftsführer:
Frank Rosenbaum,
Josef Richter
Ust-Nr.DE296619561
St-Nr.: 341/5706/1453

Commerzbank AG Hagen
IBAN: DE76 4504 0042 0355 0860 00
SWIFT: COBADEFFXXX
BLZ: 450 400 42
KTO: 355086000