

## Flacons de 5 ml dans certains produits Syva Emit

11641433, Rev. A

### Introduction

Siemens Healthineers vous informe d'une alternative de remplacement des flacons de 3 ml utilisés dans plusieurs produits Syva™ Emit® par des flacons de 5 ml. Ceci en raison de difficultés d'approvisionnement auprès de notre fournisseur en flacons de 3 ml.

Pendant cette période de problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale, les clients recevront les produits dans des flacons de 5 ml au lieu des flacons de 3 ml. Il n'y a pas de modification de performance du produit ni de stabilité de celui-ci. Veuillez-vous référer au tableau 1 ci-dessous pour connaître la liste des produits impactés.

Tableau 1 **Produits impactés**

| Nom du produit                   | Composition du kit utilisant des flacons de 3 ml | SMN      | Date de livraison | Numéro de lot |
|----------------------------------|--|----------|-------------------|---------------|
| Kit de réactif Emit Amikacine    | Calibrateurs – 6 Niveaux                         | 10445383 | 8/8/2022          | R1            |
| Kit de réactif Emit Caffeine     | Calibrateurs – 6 Niveaux                         | 10445371 | 12/8/2022         | R1            |
| Kit de réactif Emit Disopyramide | Calibrateurs – 6 Niveaux                         | 10445370 | 31/8/2022         | R1            |
| Kit de réactif Emit Lidocaine    | Calibrateurs – 6 Niveaux                         | 10445369 | 12/8/2022         | R1            |
| Kit de réactif Emit Methotrexate | Calibrateurs – 6 Niveaux                         | 10445368 | 11/8/2022         | R1            |
| Calibrateur Emit Alcool NEG.     | Calibrateur – 1 Niveau                           | 10445445 | 2/9/2022          | R2            |
| Contrôle Emit Alcool bas         | Contrôle – 1 Niveau                              | 10445447 | 31/8/2022         | R1            |
| Calibrateur Emit Alcool 100      | Calibrateur – 1 Niveau                           | 10445448 | 1/8/2022          | R1            |
| Contrôle Emit Alcool haut        | Contrôle – 1 Niveau                              | 10445449 | 24/8/2022         | R1            |


### Disponibilité

Les flacons de 5 ml seront disponibles à partir d'août 2022.

## Aperçu des informations sur les produits

La figure 1 montre une photo de déchirures dans le carton qui peuvent se produire en raison de la plus grande taille du flacon de remplacement de 5 ml. Siemens Healthineers est en attente d'un approvisionnement de bases de carton qui s'adapteront aux flacons plus larges de 5 ml. D'ici là, il faut s'attendre à ces déchirures.

Figure 1. déchirure à l'emplacement des flacons de 5 ml



Flacons de 5 ml dans certains produits Syva Emit

## **Informations réglementaires**

La disponibilité des produits et des systèmes est soumise à la réglementation en vigueur dans le pays et peut, par conséquent, varier d'un pays à l'autre. Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter votre prestataire d'assistance technique ou votre fournisseur local.

## **Assistance complémentaire**

Des informations techniques sont disponibles à l'adresse :

<https://www.healthcare.siemens.com/doclib/>. Pour toute assistance complémentaire, veuillez contacter votre Centre d'assistance technique à distance Siemens Healthineers.

Conservez ce courrier pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

## **Information sur les marques**

Syva est une marque déposée de Siemens Healthcare Diagnostics.

Toutes les autres marques commerciales appartiennent aux titulaires des droits de propriété afférents.