



Massy, le 17 octobre 2022

Objet :

Rupture de Stock : IOMERON 400 mg/150 mL - Trousse Angiomat-OptiVantage

Rupture de Stock : IOMERON 350 mg/150 mL - Trousse Angiomat-OptiVantage

Madame, Monsieur,

Nous rencontrons des difficultés d'approvisionnement, qui conduiront à une rupture de stock à partir du 1^{er} décembre 2022, pour deux présentations de notre spécialité IOMERON[®] (substance active : Ioméprol, produit de contraste iodé) :

- CIP : 340093616173-3 - Iomeron 400 Trousse scanner AN Flacon de 150 mL
- CIP : 340093546969-4 - Iomeron 350 Trousse scanner AN Flacon de 150 mL

Cette rupture concerne uniquement les trousse avec un nécessaire d'administration "seringues 200 mL - CT 9000 ADV - référence : 800099" pour l'injecteur OptiVantage[®], et ne concerne pas le flacon de produit de contraste Bracco, Ioméron 400 mg/mL et Ioméron 350 mg/mL, qui restent disponibles dans d'autres présentations.

Le fournisseur de la seringue n'est plus en mesure de fournir ce dispositif. Bracco Imaging France met tout en œuvre afin de trouver une alternative compatible avec l'injecteur OptiVantage[®] et nos produits de contraste.

Nous vous invitons à prendre contact avec vos interlocuteurs habituels chez Bracco Imaging France afin de vous accompagner dans la mise en place de solutions alternatives.

Soyez assurés que nous comprenons que ces ruptures viennent perturber le bon déroulement de votre activité quotidienne et nous vous prions d'accepter toutes nos excuses pour la gêne occasionnée.

Nous vous remercions de votre confiance dans ce contexte difficile et vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de notre considération distinguée.

Frédéric TRIDON
Directeur Général

Karine VIENNE
Pharmacien Responsable

Bracco Imaging France

Siège social: 7, rue Léonard de Vinci - 91300 Massy - SAS au capital de 7.000.000 € - 499 045 136 RCS EVRY

Standard: 01 60 79 82 76 - Télécopie: 01 60 79 82 52 - www.braccoimaging.com