

Masques avec aimants – Questions fréquemment posées (FAQ) concernant les contre-indications et avertissements mis à jour – pour les patients, les fournisseurs d'équipements médicaux, les distributeurs et les prescripteurs

Septembre, 2022

1. Quelle est la différence entre une contre-indication et un avertissement ?

Une contre-indication est une condition dans laquelle le dispositif ne doit pas être utilisé, car le risque lié à l'utilisation est nettement supérieur à tout bénéfice possible. Un avertissement avertit le patient d'une situation qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves. En outre, un avertissement peut également décrire des effets indésirables graves et des risques pour la sécurité. En résumé, une contre-indication indique à l'utilisateur quand un dispositif ne doit pas être utilisé, tandis qu'un avertissement indique comment éviter les sources de danger lors de l'utilisation du dispositif.

2. Quels sont les contre-indications et avertissements mis à jour ?

Philips Respiration met à jour ses contre-indications et avertissements existants pour y inclure ce qui suit :

Contre-indication :

L'utilisation du masque est contre-indiquée pour les patients et les membres de leur foyer, les soignants et les conjoint(e)s qui peuvent se trouver à proximité des patients utilisant les masques et qui portent des dispositifs implantés susceptibles d'être affectés par les aimants, y compris, mais sans s'y limiter :

- Stimulateurs cardiaques
- Défibrillateurs cardiovertoreurs implantables (DCI)
- Neurostimulateurs
- Implants/électrodes/valves métalliques et magnétiques placés dans les membres supérieurs, le torse ou plus haut (c'est-à-dire dans le cou et la tête)
- Shunts du LCR (liquide céphalo-rachidien) (par exemple shunt ventriculo-péritonéal)
- Clips d'anévrisme
- Spirales d'embolisation
- Dispositifs d'interruption du débit intravasculaire des anévrismes intracrâniens
- Plaques crâniennes métalliques, vis, protections de trou de trépan et substituts osseux
- Éclats métalliques dans l'œil
- Implants oculaires (par exemple, implants pour glaucome, implants rétiniens)
- Certaines lentilles de contact contenant du métal
- Implants pour restaurer l'audition ou l'équilibre contenant un aimant implanté (tels que les implants cochléaires, les dispositifs auditifs implantés à conduction osseuse et les implants auditifs du tronc cérébral)
- Systèmes de fixation de prothèses dentaires magnétiques
- Clips gastro-intestinaux métalliques
- Stents métalliques (par exemple, anévrisme, coronaire, trachéo-bronchique, biliaire)
- Ports et pompes implantables (par exemple pompes à insuline)
- Neurostimulateurs de l'hypoglosse
- Dispositifs présentant l'étiquette "Non approprié pour l'IRM" (imagerie par résonance magnétique)
- Les implants métalliques et magnétiques ne présentant pas d'étiquette relative à l'IRM ou dont la sécurité dans un champ magnétique n'a pas été évaluée

Avertissement : des aimants d'une intensité de champ magnétique de 400 mT sont utilisés dans le masque. À l'exception des dispositifs cités dans la contre-indication, assurez-vous que le masque est maintenu à au moins 15,24 cm environ de tout autre implant médical ou dispositif médical susceptible d'être affecté par les champs magnétiques afin d'éviter tout effet éventuel provenant des champs magnétiques localisés. Cela s'applique aux membres du foyer, aux soignants et aux conjoint(e)s qui peuvent se trouver à proximité des patients utilisant les masques.

3. Quels sont les produits Philips concernés ?

- a. Masque facial DreamWear, masque facial Amara View à contact minimal et clips magnétiques, masque nasal DreamWisp avec coussin sur le nez, masques nasaux Wisp et Wisp Youth et masque de traitement 3100 NC/SP à clips magnétiques.
- b. Voir l'annexe pour connaître la liste complète des références. Toutes les unités distribuées sous les références identifiées sont concernées par ce problème.

4. Que dois-je utiliser à la place de ces produits ?

- a. Le masque facial Amara View à contact minimal et les masques Wisp/Wisp Youth sont compatibles avec des pièces de rechange non magnétiques pour les clips du harnais qui peuvent être utilisées à la place des clips magnétiques.
- b. Le masque facial Amara View à contact minimal avec clips de harnais non magnétiques est une alternative au masque facial DreamWear.
- c. Le masque nasal DreamWear sous le nez, le masque Wisp avec clips de harnais non magnétiques et le masque Pico sont des alternatives au masque nasal DreamWisp avec coussin sur le nez.
- d. Le masque nasal DreamWear sous le nez est une alternative au masque de traitement 3100 NC.
- e. Les coussinets en silicone DreamWear, Nuance et Nuance Pro sont des alternatives aux coussinets du masque de traitement 3100 SP.

5. Je porte un implant/dispositif médical et je souhaite toujours utiliser le masque avec aimants OU mon médecin m'a affirmé que je peux continuer à utiliser un masque avec aimants. Que dois-je faire ?

- a. Vous devez discuter de la contre-indication et de l'avertissement mis à jour avec votre médecin.

6. Je pense avoir eu des événements indésirables ou des dommages causés par les aimants de mon masque. Que dois-je faire ?

- a. CESSEZ d'utiliser le masque concerné et contactez immédiatement un professionnel de santé. Signalez l'événement à l'autorité compétente.

Philips Resironics vous présente toutes ses excuses pour la gêne occasionnée par ce problème.

Annexe – Dispositifs concernés par ce problème :

Masque facial Amara View à contact minimal		Wisp et Wisp Youth	
Réf. de pièce	Description	Référence	Description
1090602	S Amara View Mask w/HGR	1094050	WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, DOM
1090603	M Amara View Mask w/HGR	1094051	WISP MASK, FABRIC FRAME, W/MAG CLIPS DOM
1090604	L Amara View Mask w/HGR	1094053	WISP MASK, USA, FABRIC FRAME, W/ HDGR
1090622	S Amara View Mask w/ HGR, DOM	1109298	WISP YOUTH MASK, FABRIC, W/MAG CLIPS DOM
1090623	M Amara View Mask w/ HGR, DOM	1118060	P, WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, DOM
1090624	L Amara View Mask w/ HGR, DOM	1118061	S/M, WISP MASK CLEAR FRAME, W/ HDGR DOM
1090670	Amara View Mask w/HGR, FitPack	1118062	L, WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, DOM
1090696	RP – Amara View Headgear, L	1118063	XL, WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HGR, DOM
1090697	RP-Amara View Headgear, Standard	1118064	P, WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR,DOM
1135080	S AMARA VIEW MASK SE W/ HGR	1118065	S/M, WISP MASK FABRIC FRAME W/ HDGR,DOM
1135081	M AMARA VIEW MASK SE W/ HGR	1118066	L, WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR,DOM
1135082	L AMARA VIEW MASK SE W/ HGR	1118067	XL, WISP MASK, FABRIC FRAME W/ HGR, DOM
1136626	Amara View Magnet Clip	1120434	Wisp/DreamWisp Magnetic Headgear Clip,RP
1090670RTL	AMARA VIEW MASK W/HGR, FITPACK	1137360	Wisp Nasal Lab Mask, Fabric Frame, DOM
1136626RTL	Amara View Full Face Magnetic Clips	1137361	Wisp Nasal Lab Mask, Clear Frame, DOM
DreamWear		1137366	S/M, Wisp Lab Mask, Fabric Frame, DOM
Réf. de pièce	Description	1137367	L, Wisp Nasal Mask, Fabric Frame, DOM
1133344	S, DreamWear UTN Nsl/Full, Combo Pack	1137368	S/M, Wisp Nasal Mask, Clear Frame, DOM
1133345	M, DreamWear UTN Nsl/Full, Combo Pack	1137369	L, Wisp Nasal Mask, Clear Frame, DOM
1133375	S, DreamWear Full, Sm & Med Frm, GBL	1137370	COMBOPACK, WISP LAB MASK, DOM
1133376	M, DreamWear Full, Sm & Med Frm, GBL	1138989	P, WISP MASK,CLEAR FRAME, W/HDGR, 1118060
1133377	L, DreamWear Full, Sm & Med Frm, GBL	1138991	L, WISP MASK, CLEAR W/ HDGR, DOM, 1118062
1133378	MW, DreamWear Full, Sm & Med Frm	1138992	XL,WISP MASK,CLEAR FRAME,W/ HGR,1118063
1133380	S, DreamWear Full, Med Frm W/ HGR	1138993	P, WISP MASK,FABRIC FRAME,W/HDGR,1118064
1133381	M, DreamWear Full, Med Frm W/ HGR	1138994	S/M,WISP MASK FABRICFRAME W/HDGR,1118065
1133382	L, DreamWear Full, Med Frm W/ HGR, GBL	1138995	L, WISP MASK,FABRIC FRAME,W/HDGR,1118066
1133383	MW, DreamWear Full, Med Frm W/ HGR, GBL	1138996	XL,WISP MASK,FABRIC FRAME W/HGR, 1118067
1133385	S, DreamWear Full, Sm Frm W/ HGR, GBL	1139009	S/M,WISPMASK CLEAR FRAME,W/ HDGR 1118061
1133386	M, DreamWear Full, Sm Frm W/ HGR, GBL	1094051RTL	WISP MASK, FABRICFRM,W/MAG CLIPS DOM-RTL
1133387	L, DreamWear Full, Sm Frm W/ HGR, GBL	1148366	DreamWisp/Wisp Magnetic Clips - RTL
1133388	MW, DreamWear Full, Sm Frm W/ HGR, GBL	Masque nasal DreamWisp avec coussin sur le nez	
1133390	S, DreamWear Full, Lg Frm W/ HGR, GBL	Réf. de pièce	Description
1133391	M, DreamWear Full, Lg Frm W/ HGR, GBL	1137916	Fitpk DreamWisp Nsl, MED Con W/HGR GBL
1133392	L, DreamWear Full, Lg Frm W/ HGR, GBL	1137918	FitPk DreamWisp Nsl, MED Con W/O HGR GBL
1133393	MW, DreamWear Full, Lg Frm W/ HGR, GBL	1137922	P, DreamWisp Nsl, Med Con W/O HGR GBL
1133395	DreamWear Full, Demo Pack	1137923	S, DreamWisp Nsl, Med Con W/O HGR GBL
1133400	FitPack, DreamWear Full, Med Frame, GBL	1137924	M, DreamWisp Nsl, Med Conn W/O HGR GBL
1133401	DreamWear Full, Med Frm W/O HGR, GBL	1137925	L, DreamWisp Nsl, Med Con W/O HGR GBL
1133405	S, DreamWear Full, Med Frm W/O HGR, GBL	1137926	XL, DreamWisp Nsl, Med Con W/O HGR GBL
1133406	M, DreamWear Full, Med Frm W/O HGR, GBL	1137927	P, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL

1133407	L, DreamWear Full, Med Frm W/O HGR, GBL
1133408	MW, DreamWear Full, Med Frm W/O HGR, GBL
1133410	S, DreamWear Full, Sm Frm W/O HGR, GBL
1133411	M, DreamWear Full, Sm Frm W/O HGR, GBL
1133412	L, DreamWear Full, Sm Frm W/O HGR, GBL
1133413	MW, DreamWear Full, Sm Frm W/O HGR, GBL
1133415	S, DreamWear Full, Lg Frm W/O HGR, GBL
1133416	M, DreamWear Full, Lg Frm W/O HGR, GBL
1133417	L, DreamWear Full, Lg Frm W/O HGR, GBL
1133418	MW, DreamWear Full, Lg Frm W/O HGR, GBL
1133430	S, DreamWear Full Cushion, RP
1133431	M, DreamWear Full Cushion, RP
1133432	L, DreamWear Full Cushion, RP
1133433	MW, DreamWear Full Cushion, RP
1133434	SW, DreamWear Full Cushion, RP
1133450	DreamWear Full Headgear, RP
1133454	Headgear Magnet Clip, RP
1137430	Fitpack, DreamWear Full Lab, Med Frm, DOM
1137431	Ext Sizepack, DreamWear Full Lab Msk, DOM
1137437	S, DreamWear Full Lab Msk, Med Frame, DOM
1137438	S, DreamWear Full Lab Mask, Sm Frame, DOM
1137439	M, DreamWear Full Lab Msk, Med Frame, DOM
1137440	COMBOPACK, DREAMWEAR FULL LAB MASK
1140235	S, DreamWear Full, Med Frm W/ HGR, USA
1143130	FitPack, DreamWear Full, Med Frame, USA
1144347	DreamWear Full Headgear - Lab, RP
1146593	S, DreamWear Full Cushion, RP - RTL
1146594	M, DreamWear Full Cushion, RP - RTL
1146595	L, DreamWear Full Cushion, RP - RTL
1146596	MW, DreamWear Full Cushion, RP - RTL
1146597	DreamWear Full Headgear, RP - RTL
1148363	DreamWear Full Face Magnet Clip - RTL
1133375RTL	DreamWear Mask, S. Cushion w/ Frame (S&M)
1133376RTL	DreamWear Mask, M. Cushion w/ Frame (S&M)
1133377RTL	DreamWear Full Face Mask Kit, L. Cushion
1133378RTL	DreamWear Full Face Mask Kit, M. Wide Cushion
1133430RTL	S, DREAMWEAR FULL CUSHION, RP-RTL
1133431RTL	M, DREAMWEAR FULL CUSHION, RP-RTL
1133432RTL	DreamWear Full Face Cushion, Large
1133433RTL	DreamWear Full Face Cushion, Med. Wide

1137928	S, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL
1137929	M, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL
1137930	L, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL
1137931	XL, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL
1137932	P, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137933	S, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137934	M, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137935	L, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137936	XL, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137953	LABPK DreamWisp ALL CON S/M/L CUSH W/HGR
1137954	P/XL LABPK DreamWisp LAB PACK, S/L con
1137955	Combo LabPK DreamWisp
1137964	DreamWisp HEADGEAR, RP
1137965	DreamWisp LARGE HEADGEAR, RP
1137966	DreamWisp RS HEADGEAR, RP
1144344	DreamWisp RS HEADGEAR-Lab, RP
1144345	DreamWisp LARGE HEADGEAR-Lab, RP
1144346	DreamWisp HEADGEAR - Lab, RP
1144502	FitPack, DreamWisp, USA
1148409	DreamWisp Headgear (RS)- RTL
1148410	DreamWisp HEADGEAR, RP- RTL
1148411	DreamWisp LARGE HEADGEAR, RP- RTL
1137916RTL	FITPK DREAMWISP NSL, MED CON W/HGR -RTL

Masque de traitement 3100 NC/SP

Réf. de pièce	Description
1144608	Therapy Msk 3100 NC, fitpack, w/HGR, GBL
1144610	Therapy Msk 3100 SP, fitpack, w/HGR, GBL
1145044	XS, Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR, GBL
1145045	S, Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR, GBL
1145046	M, Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR, GBL
1145047	L, Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR, GBL
1145048	MW, Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR, GBL
1145055	XS, Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR, GBL
1145056	S, Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR, GBL
1145057	M, Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR, GBL
1145058	L, Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR, GBL
1145059	MW, Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR, GBL
1145060	Therapy Mask 3100 NC-SP, demopack, GBL
1145061	Therapy Msk 3100 NC, lab fitpack, single
1145062	Therapy Msk 3100 SP, lab fitpack, single
1145063	Therapy Mask 3100 NC-SP, lab combo, GBL
1145064	XS, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP
1145065	S, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP
1145066	M, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP
1145067	L, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP

1145068	MW, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP
1145069	XS, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
1145070	S, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
1145071	M, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
1145072	L, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
1145073	MW, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
1145074	Therapy Mask 3100 NC-SP, frame, RP
1145459	XS, Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL
1145460	S, Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL
1145461	M, Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL
1145462	MW, Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL
1145463	L, Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL
1145464	XS, Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL
1145465	S, Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL
1145466	M, Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL
1145467	MW, Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL
1145478	L, Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL
1145916	Therapy Mask 3100 NC, lab fitpack, GBL
1145917	Therapy Mask 3100 SP, lab fitpack, GBL