



## INFORMATION IMPORTANTE DE SECURITE

ATF  
520, Avenue de l'Industrie  
74970 MARIGNIER

Date de la notification : 14/09/2022

### Objet : RAPPEL DE LOT

#### Description :

Chère Madame, cher Monsieur,

Cette communication est destinée à vous informer de la mise en place par ATF d'une action Corrective de sécurité et d'un rappel de tous les lots de

#### Problématique à l'origine de l'action :

Une diminution de la mobilité est constatée sur certaines Cupules Mobile Ring ATF.  
L'impact sur l'utilisateur est l'allongement du temps opératoire afin de remplacer la cupule défectueuse.

#### Pour information :

Veillez trouver ci-dessous la liste des dispositifs concernés :

Nom du dispositif	REFERENCE	LOT
CUPULE MOBILE RING Ø28/49	37002849	B835-221909 & B859-221909
CUPULE MOBILE RING Ø28/51	37002851	B835-221101 & B874-222722
CUPULE MOBILE RING Ø28/53	37002853	B835-222007 & B859-222409

ATF s'engage à

- Récupérer les dispositifs identifiés

Action immédiate à mettre en œuvre par l'utilisateur :

- Identifier et placer en quarantaine le lot concerné par ce rappel
- Compléter et signer le formulaire d'accusé de réception en précisant le nombre et le numéro de lot des produits qui sont en votre possession et l'envoyer par e-mail à notre service qualité [info@atf-implants.com](mailto:info@atf-implants.com) ou par fax au +33 (0)4 50 89 21 20

Veillez communiquer le contenu de cette lettre au personnel concerné dans votre service.



## INFORMATION IMPORTANTE DE SECURITE

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour tout désagrément causé et vous remercions d'avance pour votre coopération.

### FORMULAIRE ACCUSE DE RECEPTION

**RAPPEL 202201**

**REFERENCE CUPULE MOBILE RING**

Veillez renvoyer le formulaire de réponse complété à :  
[info@atf-implants.com](mailto:info@atf-implants.com) ou par fax au +33 (0)4 50 89 21 20

Nous avons identifié le(s) produit(s) dans notre stock.

Numéro de lot	Quantité à retourner

Nous n'avons pas ce produit en stock.

Etablissement :	
Nom :	
Numéro de téléphone / adresse mail	
Date et signature	