

VWR International S.A.S.
Immeuble Estréo
1-3 rue d'Aurion
F-93114 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX
t +33 (0)1 45 14 85 00

Objet Informations de Sécurité : **Update FA-2022-000146 -**
: **VWRQFOR0020AF59001 Formalin**

Madame / Monsieur,

Nous vous avons contacté précédemment concernant un problème de qualité potentiel lié au FA-2022-000146 concernant le produit et le lot suivants. Le but de cette lettre est de vous fournir plus de détails sur cette problématique.

Part Number	Lot	Description
VWRQFOR0020AF59001	220707C003	FORMALINE 10% QPATH® 5ML IN 20CC POT.

Initialement, nous vous avons demandé de mettre immédiatement en quarantaine tout stock du lot indiqué ci-dessus et de renvoyer un formulaire de réponse pour confirmer la réception de la notification. Si vous n'avez pas encore mis en quarantaine ce produit/lot, veuillez le faire immédiatement.

Cette information de sécurité a été publiée car il a été démontré que certains conditionnements du VWRQFOR0020AF59001, lot 220707C003 ont une faible concentration de formaline.

L'enquête a montré que la concentration de formaline de certains conditionnements de ces lots se situe entre 0,02 et 0,04 % et non 4 % comme indiqué dans la description du produit.

Si ce produit est utilisé, il existe un risque que les échantillons ne soient pas fixés et que les tissus ne soient pas conservés.

Par mesure de précaution, nous demandons aux clients de détruire ce produit/lot.

▪ **Actions correctives à prendre par l'utilisateur**

Si vous n'avez utilisé aucun de ces produits/lots, veuillez remplir le formulaire de réponse ci-joint afin de recevoir un crédit/remplacement le cas échéant

Si vous avez utilisé ce produit, veuillez évaluer l'impact de cette non-conformité sur votre application. Complétez la réponse ci-jointe en détaillant la quantité utilisée et la quantité restante, et nous vous fournirons un crédit complet ou un remplacement si nécessaire.

Les autorités compétentes concernées (ANSM) ont été informées de cette affaire.

Les actions correctives & préventives sont mis en œuvre en interne.



Veillez accepter nos excuses pour tout inconvénient causé à la suite de cet événement. Si de plus amples informations sont nécessaires, n'hésitez pas à contacter esther.venmans@avantorsciences.com ou anna.szuba@avantorsciences.com.

En cas de non-application de ces instructions, l'utilisation de ces produits, se fera sous votre entière responsabilité. Aucune réclamation pour réparation d'un préjudice éventuel ne pourra être faite à VWR International ou à son fournisseur, dans le cas d'utilisation du produit non conforme.

Nous vous prions d'agréer, Madame/Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.