

Information urgente de sécurité

Ciseaux courbes monopolaires RAS Hugo™ MRASI0001

Rappel

Février 2023

Référence Medtronic : FA1310

Numéro d'enregistrement unique (SRN) du fabricant : US-MF-000028763

Cher correspondant de matériovigilance,

L'objet de cette lettre est de vous informer que Medtronic procède à un rappel des ciseaux courbes monopolaires de chirurgie robotique (« Robotic-Assisted Surgery », RAS) Hugo™ utilisés avec le système RAS Hugo™.

Description du problème :

Ce rappel est lancé à la suite de notre investigation sur dix-sept (17) réclamations concernant une rupture de câble dans les ciseaux courbes monopolaires RAS Hugo lors d'une utilisation clinique. Une rupture de câble peut entraîner un mouvement involontaire de l'articulation et/ou des mâchoires des ciseaux courbes monopolaires RAS Hugo dans les cas cliniques et peut également faire que les mâchoires de l'instrument ne bougent plus ou ne coupent plus les tissus. Une rupture de câble n'empêche pas l'instrument, de pouvoir délivrer de l'énergie.

Ce rappel concerne la référence indiquée ci-dessus et les numéros de série répertoriés dans la pièce jointe 1 : Liste des numéros de série concernés.

Risque pour la santé :

Bien qu'aucune conséquence pour le patient n'ait été signalée à la suite de ce problème, les préjudices potentiels comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : brûlure intestinale, brûlure thermique, perforation intestinale, perforation d'un grand vaisseau, perforation d'un vaisseau, retard de traitement (procédure prolongée), lésion tissulaire/traumatisme tissulaire ou saignement.

Actions que le client doit entreprendre :

- Informez de ce rappel de dispositif médical l'ensemble du personnel travaillant dans tous les environnements de soins dans lesquels les ciseaux courbes monopolaires RAS Hugo sont utilisés.
- Veuillez placer immédiatement en quarantaine et ne plus utiliser le code article concerné associé aux numéros de série répertoriés dans la pièce jointe 1 : Liste des numéros de série concernés.

Medtronic France SAS

9, boulevard Romain Rolland

75014 Paris

RCS Paris B 722008232

www.medtronic.fr

Tel : 01 55 38 17 00

- Veuillez retourner les produits concernés comme indiqué ci-dessous. Tous les produits correspondant au code article concerné et aux numéros de série associés doivent être retournés à Medtronic.
- Remplissez le formulaire de confirmation client ci-joint même si vous n'avez pas de stock, puis renvoyez-le à l'adresse suivante affaires.reglementaires@medtronic.com

Mesures prises par Medtronic :

- Nos représentants de l'assistance technique, du service sur le terrain et des ventes Medtronic aideront les clients à retourner le produit concerné.
- Les spécialistes de la mise en service Medtronic coordonneront avec vous le remplacement d'un nouveau stock de ciseaux courbes monopolaires et des instructions d'utilisation de l'instrument susmentionné.

Informations complémentaires :

Medtronic a notifié l'ANSM de cette action.

Nous vous présentons toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. La sécurité du patient étant notre priorité, nous vous remercions par avance de votre intervention rapide. Pour toute question concernant cette communication, veuillez contacter votre représentant Medtronic.

Cordialement,

Yves Laroche

Robotic Systems Utilization Manager France-Switzerland

Pièce jointe 1 : liste des numéros concernés

Numéros de série concernés						
C22BAJ0025	C22BAJ0168	C22BAJ0361	C22BAJ0494	C22BAJ0603	C22BAJ0751	C22BAJ0922
C22BAJ0027	C22BAJ0169	C22BAJ0362	C22BAJ0495	C22BAJ0604	C22BAJ0752	C22BAJ0923
C22BAJ0028	C22BAJ0170	C22BAJ0363	C22BAJ0496	C22BAJ0605	C22BAJ0753	C22BAJ0924
C22BAJ0029	C22BAJ0171	C22BAJ0365	C22BAJ0497	C22BAJ0606	C22BAJ0754	C22BAJ0925
C22BAJ0030	C22BAJ0172	C22BAJ0366	C22BAJ0498	C22BAJ0607	C22BAJ0755	C22BAJ0927
C22BAJ0031	C22BAJ0173	C22BAJ0367	C22BAJ0499	C22BAJ0608	C22BAJ0756	C22BAJ0928
C22BAJ0032	C22BAJ0174	C22BAJ0368	C22BAJ0500	C22BAJ0609	C22BAJ0757	C22BAJ0929
C22BAJ0033	C22BAJ0175	C22BAJ0369	C22BAJ0501	C22BAJ0610	C22BAJ0758	C22BAJ0930
C22BAJ0034	C22BAJ0176	C22BAJ0370	C22BAJ0502	C22BAJ0611	C22BAJ0760	C22BAJ0931
C22BAJ0035	C22BAJ0177	C22BAJ0371	C22BAJ0503	C22BAJ0612	C22BAJ0761	C22BAJ0932
C22BAJ0036	C22BAJ0178	C22BAJ0373	C22BAJ0504	C22BAJ0613	C22BAJ0762	C22BAJ0933
C22BAJ0037	C22BAJ0179	C22BAJ0374	C22BAJ0505	C22BAJ0614	C22BAJ0763	C22BAJ0934
C22BAJ0038	C22BAJ0180	C22BAJ0375	C22BAJ0506	C22BAJ0616	C22BAJ0764	C22BAJ0935
C22BAJ0039	C22BAJ0181	C22BAJ0376	C22BAJ0507	C22BAJ0617	C22BAJ0765	C22BAJ0936
C22BAJ0040	C22BAJ0182	C22BAJ0377	C22BAJ0508	C22BAJ0618	C22BAJ0766	C22BAJ0937
C22BAJ0041	C22BAJ0183	C22BAJ0378	C22BAJ0509	C22BAJ0620	C22BAJ0767	C22BAJ0938
C22BAJ0042	C22BAJ0184	C22BAJ0379	C22BAJ0510	C22BAJ0621	C22BAJ0768	C22BAJ0940
C22BAJ0043	C22BAJ0185	C22BAJ0380	C22BAJ0511	C22BAJ0622	C22BAJ0769	C22BAJ0941
C22BAJ0044	C22BAJ0186	C22BAJ0381	C22BAJ0512	C22BAJ0623	C22BAJ0770	C22BAJ0942
C22BAJ0045	C22BAJ0187	C22BAJ0382	C22BAJ0513	C22BAJ0624	C22BAJ0772	C22BAJ0943
C22BAJ0046	C22BAJ0188	C22BAJ0383	C22BAJ0514	C22BAJ0625	C22BAJ0773	C22BAJ0944
C22BAJ0047	C22BAJ0189	C22BAJ0384	C22BAJ0516	C22BAJ0626	C22BAJ0774	C22BAJ0945
C22BAJ0048	C22BAJ0190	C22BAJ0385	C22BAJ0517	C22BAJ0627	C22BAJ0775	C22BAJ0946
C22BAJ0049	C22BAJ0191	C22BAJ0386	C22BAJ0518	C22BAJ0628	C22BAJ0776	C22BAJ0947
C22BAJ0050	C22BAJ0192	C22BAJ0387	C22BAJ0519	C22BAJ0629	C22BAJ0777	C22BAJ0950
C22BAJ0051	C22BAJ0193	C22BAJ0407	C22BAJ0520	C22BAJ0630	C22BAJ0778	C22BAJ0951
C22BAJ0052	C22BAJ0194	C22BAJ0408	C22BAJ0521	C22BAJ0631	C22BAJ0779	C22BAJ0952
C22BAJ0053	C22BAJ0195	C22BAJ0409	C22BAJ0522	C22BAJ0632	C22BAJ0780	C22BAJ0953
C22BAJ0054	C22BAJ0197	C22BAJ0410	C22BAJ0523	C22BAJ0633	C22BAJ0781	C22BAJ0954
C22BAJ0055	C22BAJ0198	C22BAJ0411	C22BAJ0524	C22BAJ0635	C22BAJ0782	C22BAJ0955

Medtronic France SAS

9, boulevard Romain Rolland

75014 Paris

RCS Paris B 722008232

www.medtronic.fr

Tel : 01 55 38 17 00

Numéros de série concernés						
C22BAJ0056	C22BAJ0199	C22BAJ0412	C22BAJ0525	C22BAJ0636	C22BAJ0783	C22BAJ0956
C22BAJ0057	C22BAJ0200	C22BAJ0413	C22BAJ0526	C22BAJ0660	C22BAJ0784	C22BAJ0957
C22BAJ0058	C22BAJ0201	C22BAJ0414	C22BAJ0527	C22BAJ0661	C22BAJ0785	C22BAJ0958
C22BAJ0059	C22BAJ0202	C22BAJ0415	C22BAJ0528	C22BAJ0662	C22BAJ0786	C22BAJ0959
C22BAJ0060	C22BAJ0204	C22BAJ0416	C22BAJ0529	C22BAJ0663	C22BAJ0787	C22BAJ0960
C22BAJ0061	C22BAJ0205	C22BAJ0417	C22BAJ0530	C22BAJ0664	C22BAJ0788	C22BAJ0961
C22BAJ0062	C22BAJ0206	C22BAJ0418	C22BAJ0531	C22BAJ0665	C22BAJ0789	C22BAJ0962
C22BAJ0063	C22BAJ0207	C22BAJ0419	C22BAJ0532	C22BAJ0666	C22BAJ0798	C22BAJ0963
C22BAJ0064	C22BAJ0208	C22BAJ0420	C22BAJ0533	C22BAJ0667	C22BAJ0799	C22BAJ0964
C22BAJ0065	C22BAJ0209	C22BAJ0421	C22BAJ0534	C22BAJ0668	C22BAJ0800	C22BAJ0965
C22BAJ0066	C22BAJ0210	C22BAJ0422	C22BAJ0535	C22BAJ0669	C22BAJ0801	C22BAJ0966
C22BAJ0067	C22BAJ0211	C22BAJ0423	C22BAJ0536	C22BAJ0670	C22BAJ0802	C22BAJ0967
C22BAJ0068	C22BAJ0212	C22BAJ0424	C22BAJ0537	C22BAJ0671	C22BAJ0803	C22BAJ0968
C22BAJ0069	C22BAJ0213	C22BAJ0425	C22BAJ0538	C22BAJ0672	C22BAJ0804	C22BAJ0969
C22BAJ0070	C22BAJ0214	C22BAJ0426	C22BAJ0539	C22BAJ0673	C22BAJ0805	C22BAJ0970
C22BAJ0071	C22BAJ0215	C22BAJ0427	C22BAJ0540	C22BAJ0674	C22BAJ0806	C22BAJ0971
C22BAJ0072	C22BAJ0272	C22BAJ0428	C22BAJ0541	C22BAJ0675	C22BAJ0807	C22BAJ0972
C22BAJ0073	C22BAJ0274	C22BAJ0429	C22BAJ0542	C22BAJ0676	C22BAJ0808	C22BAJ0973
C22BAJ0074	C22BAJ0275	C22BAJ0430	C22BAJ0543	C22BAJ0677	C22BAJ0809	C22BAJ0974
C22BAJ0075	C22BAJ0277	C22BAJ0431	C22BAJ0544	C22BAJ0679	C22BAJ0810	C22BAJ0975
C22BAJ0076	C22BAJ0280	C22BAJ0432	C22BAJ0545	C22BAJ0680	C22BAJ0811	C22BAJ0976
C22BAJ0077	C22BAJ0282	C22BAJ0433	C22BAJ0546	C22BAJ0681	C22BAJ0812	C22BAJ0977
C22BAJ0078	C22BAJ0283	C22BAJ0434	C22BAJ0547	C22BAJ0682	C22BAJ0813	C22BAJ0978
C22BAJ0079	C22BAJ0284	C22BAJ0435	C22BAJ0548	C22BAJ0683	C22BAJ0814	C22BAJ0979
C22BAJ0080	C22BAJ0285	C22BAJ0436	C22BAJ0549	C22BAJ0684	C22BAJ0817	C22BAJ0980
C22BAJ0081	C22BAJ0286	C22BAJ0437	C22BAJ0550	C22BAJ0685	C22BAJ0818	C22BAJ0981
C22BAJ0082	C22BAJ0287	C22BAJ0438	C22BAJ0551	C22BAJ0686	C22BAJ0819	C22BAJ0982
C22BAJ0083	C22BAJ0288	C22BAJ0439	C22BAJ0552	C22BAJ0687	C22BAJ0820	C22BAJ0983
C22BAJ0084	C22BAJ0289	C22BAJ0440	C22BAJ0553	C22BAJ0688	C22BAJ0822	C22BAJ0984
C22BAJ0085	C22BAJ0291	C22BAJ0441	C22BAJ0556	C22BAJ0690	C22BAJ0823	C22BAJ0985
C22BAJ0086	C22BAJ0292	C22BAJ0442	C22BAJ0557	C22BAJ0691	C22BAJ0874	C22BAJ0986

Medtronic France SAS

9, boulevard Romain Rolland

75014 Paris

RCS Paris B 722008232

www.medtronic.fr

Tel : 01 55 38 17 00

Numéros de série concernés						
C22BAJ0087	C22BAJ0293	C22BAJ0443	C22BAJ0558	C22BAJ0693	C22BAJ0875	C22BAJ0987
C22BAJ0088	C22BAJ0294	C22BAJ0444	C22BAJ0559	C22BAJ0694	C22BAJ0876	C22BAJ0988
C22BAJ0089	C22BAJ0295	C22BAJ0445	C22BAJ0560	C22BAJ0695	C22BAJ0877	C22BAJ0989
C22BAJ0090	C22BAJ0296	C22BAJ0446	C22BAJ0561	C22BAJ0696	C22BAJ0878	C22BAJ0990
C22BAJ0091	C22BAJ0297	C22BAJ0447	C22BAJ0563	C22BAJ0697	C22BAJ0879	C22BAJ0991
C22BAJ0092	C22BAJ0298	C22BAJ0448	C22BAJ0564	C22BAJ0698	C22BAJ0880	C22BAJ0992
C22BAJ0093	C22BAJ0299	C22BAJ0449	C22BAJ0565	C22BAJ0699	C22BAJ0881	C22BAJ0993
C22BAJ0094	C22BAJ0300	C22BAJ0451	C22BAJ0566	C22BAJ0700	C22BAJ0882	C22BAJ0994
C22BAJ0095	C22BAJ0301	C22BAJ0452	C22BAJ0567	C22BAJ0701	C22BAJ0883	C22BAJ0995
C22BAJ0096	C22BAJ0302	C22BAJ0454	C22BAJ0568	C22BAJ0702	C22BAJ0884	C22BAJ0996
C22BAJ0097	C22BAJ0303	C22BAJ0455	C22BAJ0569	C22BAJ0703	C22BAJ0885	C22BAJ0997
C22BAJ0098	C22BAJ0304	C22BAJ0457	C22BAJ0570	C22BAJ0704	C22BAJ0886	C22BAJ0999
C22BAJ0099	C22BAJ0305	C22BAJ0458	C22BAJ0571	C22BAJ0705	C22BAJ0887	C22BAJ1000
C22BAJ0100	C22BAJ0306	C22BAJ0459	C22BAJ0572	C22BAJ0706	C22BAJ0888	C22BAJ1002
C22BAJ0101	C22BAJ0307	C22BAJ0460	C22BAJ0573	C22BAJ0707	C22BAJ0889	C22BAJ1003
C22BAJ0102	C22BAJ0308	C22BAJ0462	C22BAJ0575	C22BAJ0708	C22BAJ0890	C22BAJ1005
C22BAJ0103	C22BAJ0309	C22BAJ0463	C22BAJ0576	C22BAJ0709	C22BAJ0891	C22BAJ1006
C22BAJ0104	C22BAJ0310	C22BAJ0465	C22BAJ0577	C22BAJ0722	C22BAJ0892	C22BAJ1007
C22BAJ0105	C22BAJ0311	C22BAJ0466	C22BAJ0578	C22BAJ0723	C22BAJ0893	C22BAJ1008
C22BAJ0106	C22BAJ0312	C22BAJ0467	C22BAJ0579	C22BAJ0724	C22BAJ0894	C22BAJ1009
C22BAJ0107	C22BAJ0313	C22BAJ0468	C22BAJ0580	C22BAJ0725	C22BAJ0895	C22BAJ1010
C22BAJ0108	C22BAJ0314	C22BAJ0469	C22BAJ0581	C22BAJ0726	C22BAJ0896	C22BAJ1011
C22BAJ0109	C22BAJ0315	C22BAJ0470	C22BAJ0582	C22BAJ0727	C22BAJ0897	C22BAJ1012
C22BAJ0110	C22BAJ0316	C22BAJ0471	C22BAJ0583	C22BAJ0728	C22BAJ0898	C22BAJ1013
C22BAJ0111	C22BAJ0317	C22BAJ0472	C22BAJ0584	C22BAJ0729	C22BAJ0899	C22BAJ1014
C22BAJ0112	C22BAJ0318	C22BAJ0473	C22BAJ0585	C22BAJ0730	C22BAJ0900	C22BAJ1015
C22BAJ0113	C22BAJ0341	C22BAJ0474	C22BAJ0586	C22BAJ0731	C22BAJ0902	C22BAJ1016
C22BAJ0114	C22BAJ0344	C22BAJ0475	C22BAJ0587	C22BAJ0732	C22BAJ0903	C22BAJ1017
C22BAJ0115	C22BAJ0345	C22BAJ0476	C22BAJ0588	C22BAJ0733	C22BAJ0904	C22BAJ1018
C22BAJ0116	C22BAJ0346	C22BAJ0477	C22BAJ0589	C22BAJ0734	C22BAJ0907	C22BAJ1019
C22BAJ0117	C22BAJ0347	C22BAJ0478	C22BAJ0590	C22BAJ0735	C22BAJ0908	C22BAJ1020

Medtronic France SAS

9, boulevard Romain Rolland

75014 Paris

RCS Paris B 722008232

www.medtronic.fr

Tel : 01 55 38 17 00

Numéros de série concernés						
C22BAJ0118	C22BAJ0348	C22BAJ0479	C22BAJ0591	C22BAJ0737	C22BAJ0909	C22BAJ1021
C22BAJ0119	C22BAJ0349	C22BAJ0480	C22BAJ0592	C22BAJ0738	C22BAJ0911	C22BAJ1022
C22BAJ0120	C22BAJ0350	C22BAJ0481	C22BAJ0593	C22BAJ0739	C22BAJ0912	C22BAJ1023
C22BAJ0158	C22BAJ0351	C22BAJ0482	C22BAJ0594	C22BAJ0740	C22BAJ0913	C22BAJ1024
C22BAJ0159	C22BAJ0352	C22BAJ0483	C22BAJ0595	C22BAJ0741	C22BAJ0914	C22BAJ0279
C22BAJ0160	C22BAJ0353	C22BAJ0484	C22BAJ0596	C22BAJ0742	C22BAJ0915	C22BAJ0710
C22BAJ0161	C22BAJ0354	C22BAJ0486	C22BAJ0597	C22BAJ0743	C22BAJ0916	C22BAJ0711
C22BAJ0162	C22BAJ0356	C22BAJ0487	C22BAJ0598	C22BAJ0745	C22BAJ0917	
C22BAJ0164	C22BAJ0357	C22BAJ0489	C22BAJ0599	C22BAJ0746	C22BAJ0918	
C22BAJ0165	C22BAJ0358	C22BAJ0491	C22BAJ0600	C22BAJ0747	C22BAJ0919	
C22BAJ0166	C22BAJ0359	C22BAJ0492	C22BAJ0601	C22BAJ0749	C22BAJ0920	
C22BAJ0167	C22BAJ0360	C22BAJ0493	C22BAJ0602	C22BAJ0750	C22BAJ0921	