

## Lettre d'information à destination des patients

Chère patiente, cher patient,

Cette lettre d'information vous est transmise par votre cardiologue pour vous informer du comportement du stimulateur cardiaque qui vous a été implanté.

Votre stimulateur cardiaque fait partie d'un petit sous-ensemble d'appareils pour lesquels la durée de service est susceptible d'être plus courte qu'initialement prévue. Votre cardiologue, responsable de sa surveillance, saura la détecter immédiatement à la consultation. Ceci n'affecte pas le bon fonctionnement de votre appareil et ne nécessite aucune précaution particulière dans votre quotidien. Cependant, il est nécessaire d'appliquer la démarche suivante pour garantir la continuité de votre traitement :

- 1) Présentez-vous à tous les rendez-vous planifiés avec votre cardiologue même si ceux-ci ont été reprogrammés afin d'adapter votre prise en charge ;
- 2) Aucun symptôme n'est attendu si vous suivez votre prise en charge. Néanmoins, n'hésitez pas à prendre contact avec votre cardiologue si vous ressentez le moindre symptôme ou si un doute subsiste.

Chez MicroPort CRM la sécurité des patients est au cœur de notre priorité. Nous travaillons en proximité avec votre cardiologue et les différentes instances institutionnelles pour assurer votre meilleure prise en charge médicale et votre sécurité. Si vous en ressentez le besoin, nous vous invitons à discuter de cette information avec votre cardiologue qui est le plus à même de connaître votre situation de santé.

Andrea VINCON Vice-Président, Assurance Qualité		Serge CAZEAU Médecin en chef
--	--	---------------------------------