



Tension de stock – dispositifs AVA 500 SPAT L et AVA 500 SPAT ANGIO pour injecteur Avanta MEDRAD®

Chers utilisateurs,

Nous souhaitons vous informer que nous sommes actuellement confrontés à des tensions de stock pour les dispositifs suivants :

Dispositif	Code article	Référence catalogue
Single-Patient Disponible Set - Transducer Compatible	86566656	AVA 500 SPAT L
Single-Patient Disponible Set - Angio	86566745	AVA 500 SPAT ANGIO

Cette tension est liée à l'indisponibilité d'un composant affectant ainsi la fabrication des dispositifs, ayant pour conséquence un arrêt temporaire de la fabrication des dispositifs AVA 500 SPAT L et AVA 500 SPAT ANGIO.

La durée de la tension n'est pas connue à ce jour et est dépendante de la remise à disposition du composant chez notre fournisseur.

Conscients des désagréments engendrés par cette situation et de l'impact possible sur l'organisation et les priorités de vos services, nous avons tenu à attirer votre attention sur cette information importante.

Dans l'attente de la remise à disposition du composant chez notre fournisseur, nous estimons être en mesure de mettre sur le marché des quantités limitées de la référence AVA 500 SPAT L vers le 19 septembre 2023, sans toutefois être en mesure de répondre pleinement aux besoins du marché et de la référence AVA 500 SPAT ANGIO vers le 22 septembre.



La Garenne Colombes,
le 13/09/2023

Bayer HealthCare SAS
Division Pharmaceuticals
Direction Radiologie
10 Place de Belgique
CS 40024
92257 LA GARENNE
COLOMBES CEDEX
FRANCE

www.bayer.fr

Société par Actions Simplifiée
à Directoire et Conseil de
surveillance au capital de
47 857 291,14 €
Siège social :
220 avenue de la Recherche
59120 LOOS
FRANCE
Tel : +33 (0)3 28 16 34 00
SIREN : 706 580 149 RCS Lille
TVA CE : FR 41 706 580 149
NAF/APE : 2120Z

Page 2 of 2

Nous apprécions votre confiance dans nos produits et vous remercions pour votre patience et votre compréhension.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter votre représentant commercial local.

Très sincèrement,

Alexia PEDRINI
Directrice Radiologie France

DocuSigned by:
Alexia Pedrini
Nom du signataire : Alexia Pedrini
Motif de la signature : J'approuve ce document
Heure de signature : 15-sept-2023 | 2:44:04 PM CEST
2DEB55234D9548DFAF7DADF7EE889F69