

## Information urgente de sécurité

### Pompe à insuline MiniMed™ 780G

Erreurs de pompe après un « Quick Bolus » (bolus rapide) - Mise à jour du logiciel

**Formulaire de fin d'action FA963 : une réponse est requise avant le  
10 décembre 2023**

**Veillez remplir ce formulaire dans son intégralité.**

Date :

\_\_\_\_\_

—

Nom de la personne ayant complété ce formulaire : \_\_\_\_\_

Titre :

\_\_\_\_\_

—

Numéro de téléphone (ligne directe) :

\_\_\_\_\_

Adresse Email :

\_\_\_\_\_

Nom de l'établissement :

\_\_\_\_\_

Adresse postale :

\_\_\_\_\_

Code postal - Ville :

\_\_\_\_\_

Pays :

\_\_\_\_\_

—

En signant ci-dessous, je reconnais avoir lu et compris les informations fournies.

- Je confirme que cette notification urgente de sécurité sera transmise avant le 10 décembre 2023 à tous les utilisateurs de pompe Medtronic MiniMed™ 780G version 6.5
- Nous n'avons pas ou plus de patients utilisateurs d'une pompe à insuline Medtronic MiniMed™ 780G version 6.5.

# Medtronic

**Medtronic France SAS**  
9 boulevard Romain Rolland  
Paris 75014  
France

RCS Paris 722008232

Tel : 01 55 38 17 00  
Fax : 01 55 38 18 00

[www.medtronic.com](http://www.medtronic.com)

---

Nom (en caractères d'imprimerie)

Signature

Date

**MERCI D'ENVOYER CE FORMULAIRE PAR E-MAIL À :** [affaires.reglementaires@medtronic.com](mailto:affaires.reglementaires@medtronic.com)