

Courtabœuf, 25 octobre 2024

Rappel R002_24

Référence 450263 / Corps de pompe HOLDEX® usage unique PP EMB.INDV, stérile

Chère Cliente, Cher Client,

Nous avons été informés que le corps de prélèvement HOLDEX® présente des anomalies au niveau du manchon en caoutchouc après perforation.

Par conséquent, Greiner Bio-One a décidé d'initier un rappel pour les lots suivants :

Référence	Numéros de lot
450263	A240347W
	A24074BC

Vous avez reçu des produits issus de ce(s) lot(s), c'est pourquoi nous vous demandons de **procéder à leur élimination** et de bien vouloir nous retourner, dûment complété et signé, le **formulaire** ci-joint avant le **31 octobre 2024**.

Un avoir ou un remplacement sera organisé dans les plus brefs délais.

Veuillez nous excuser pour le désagrément que cette situation pourrait causer. Pour toutes informations complémentaires, nos équipes sont à disposition.

Bien cordialement,

Greiner Bio-One SAS France

À retourner à :



Greiner Bio-One
relationclientsfrance@gbo.com
ou votre gestionnaire
Tél : 01.69.86.25.25
Fax : 01.69.86.25.35

Elimination des marchandises **Rappel R002/24**

Je soussigné(e), _____

Nom de l'établissement : _____

Adresse de l'établissement : _____

Confirme par la présente à Greiner Bio-One GmbH que les produits portant la référence et le(s) numéro(s) de lot indiqués ci-dessous ont été éliminés dans les quantités renseignées.

<i>Référence(s)</i>	<i>Numéro(s) de lot</i>	<i>Quantité</i>
450263	A240347W	
	A24074BC	

Ou

Confirme que nous n'avons plus le produit en question en notre possession.
(Cocher la case)

Nom :

Profession :

Signature :

Date :

Tampon de l'établissement :

L'acheteur est conscient du fait que le vendeur est tenu de retracer chaque article jusqu'au client et/ou à l'utilisateur final conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) du vendeur.