

Voir mise en garde au verso

Nom du patient _____

Utilise EXTRANEAL (Icodextrine) solution pour dialyse péritonéale

Vous utilisez EXTRANEAL dans le cadre d'une dialyse péritonéale, certains lecteurs de glycémie peuvent interférer avec ce produit et entraîner des résultats incorrects de glycémie.

Montrez cette carte à votre médecin et pharmacien, elle contient des informations importantes qui leur sont destinées.

Contacts en cas d'urgence

Centre de dialyse _____

Autre contact _____

Document diffusé sous l'autorité de l'ANSM - Vantive et Extraneal sont des marques déposées de Vantive Health LLC ou de ses filiales. FR-RC21-240009-V1 - Nov 2024

MISE EN GARDE

Risque de mesure incorrecte de la glycémie

Attention, certains lecteurs de glycémie ou bandelettes réactives présentent une interférence avec le maltose et ne doivent pas être utilisés en raison du risque de mesure faussement élevée de glycémie chez les patients utilisant EXTRANEAL (Icodextrine). Ceci pourrait masquer une vraie hypoglycémie ou conduire au diagnostic erroné d'hyperglycémie, pouvant menacer le pronostic vital.

Utilisez UNIQUEMENT des lecteurs de glycémie et des bandelettes réactives utilisant une méthode spécifique du glucose.

Vérifiez sur la notice ou l'étiquetage des lecteurs de glycémie et des bandelettes réactives l'absence d'une interférence. Si cette information n'est pas mentionnée, il est probable que ce lecteur soit compatible mais par mesure de précaution, il convient de vérifier auprès du fabricant.

Pour plus d'information, veuillez consulter la base de données publique des médicaments : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr> ou visiter le site www.glucosesafety.com