

ATTENTION : Patient sous EXTRANEAL[®] (Icodextrine)

Risque de mesure incorrecte de la glycémie

Utilisez uniquement des lecteurs et
bandelettes réactives spécifiques du glucose

www.glucosesafety.com