

A l'attention des utilisateurs, clients, soignants
et personnel de santé concernés

URGENT

DATE D'EXPIRATION INCORRECTE SUR ARGON APC

1. Raison de cet avis de sécurité sur le terrain

La date de péremption imprimée sur l'étiquette de lot est erronée.

2. Identification du produit

- **Nom du produit** : Argon pour la coagulation plasma SOL SpA
- **Numéro(s) de modèle/numéro(s) de catalogue** : X00249
- **Numéro(s) de lot** :

2011190325X00249QF

2011250325X00249QF

- **Date d'expiration indiquée** : JJ.MM.1930
- **Nature des informations incorrectes** : La date d'expiration est indiquée comme jj.mm.1930 mais devrait être jj.mm.2030.

3. Comment reconnaître le problème et que faire ?

1. Identifiez toutes les bouteilles d'Argon APC que vous possédez.
2. Identifiez le numéro de lot sur la bouteille et regardez s'il concerne l'un des deux mentionnés précédemment.
3. Collez sur la bouteille cette notice ou uniquement l'image ci-dessous en découpant sur la ligne pointillée. Sensibilisez le personnel concerné.
4. La bouteille peut être utilisée jusqu'à la date de péremption réelle.



Nous restons à votre entière disposition et vous prions de nous excuser pour ce désagrément.

Paolo Naccini Valli
Responsable des Affaires Réglementaires Sol SpA