

AVIS DE SÉCURITÉ

Erreur d'étiquetage identifiée sur l'un des composants des réactifs suPARnostic® TurbiLatex, numéro de lot 2308-T1-1, date d'expiration 2025-08.

Cher distributeur/client,

Nous publions cet avis de sécurité sur le terrain afin de vous informer d'un problème concernant nos réactifs suPARnostic® TurbiLatex (T001), lot 2308-T1-1. Une erreur de date d'expiration imprimée sur l'étiquette a été identifiée.

Détails du produit concerné :

Nom du produit : suPARnostic® TurbiLatex Reagents

Numéro du produit : T001

Numéro de lot : 2308-T1-1

1. Description du problème produit

L'un des composants du kit (Réactif 2 : Réactif à particules de latex) comporte une date d'expiration incorrecte imprimée sur l'étiquette.

Détails :

- Date d'expiration incorrecte sur l'étiquette du Réactif 2 : 2024-08
- Date d'expiration correcte : 2025-08

2. Risque pour les patients et les utilisateurs

Veuillez noter qu'il s'agit uniquement d'une erreur d'étiquetage : la date réelle d'expiration du produit est correcte et celui-ci demeure entièrement valide jusqu'à la fin de sa durée de conservation validée.

Cette erreur d'étiquetage n'affecte ni les performances, ni la sécurité, ni la fiabilité du produit. Ce produit a été fabriqué, testé et mis sur le marché conformément à toutes les exigences réglementaires et qualitatives applicables

3. Mesures à prendre

Veillez continuer à utiliser le produit comme prévu, en tenant compte de la date d'expiration correcte : 2025-08.

L'étiquette a été corrigée, et tous les nouveaux envois incluent désormais l'étiquette mise à jour et correcte.

Nous vous présentons nos sincères excuses pour tout désagrément que cette situation pourrait occasionner. Si vous avez des questions supplémentaires ou besoin d'aide, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : support@virogates.com.