Siemens Healthcare SAS, 6 rue du Général Audran, CS 20146, 92412 Courbevoie Cedex, France

Nom Nelly SZYMUSIAK
Département SHS DX C-LS SWE MK BM FRA&BEL FRA

Telephone 0811 700 716
Fax 01 85 17 15 41

Référence DX-MKG 26022025-01
Date 12 mars 2025

Objet : Atellica CH Iron_2 Rupture temporaire de l'approvisionnement

Cher client,

En réponse à une rupture temporaire de la chaîne d'approvisionnement du test Atellica CH Iron_2 (Iron_2), Siemens Healthineers propose d'utiliser comme solution de test alternative le réactif ADVIA Chemistry Iron_2 (Iron_2) et la fonctionnalité de canal ouvert de vos analyseurs Atellica CH et Atellica CI pour garantir que vos besoins en tests soient satisfaits jusqu'à ce que l'approvisionnement soit rétabli.
Veuillez-vous référer au Tableau 1 pour obtenir des informations sur le produit concerné.

Tableau 1 : **Produit concerné**

Produit	Description	Siemens Material Number (SMN)
Atellica CH Iron_2	4 x 448 tests	11097601

Le test ADVIA Chemistry Iron_2 a la même formulation* que le test Atellica CH Iron_2 et peut être utilisé comme un test défini par l'opérateur. Il incombe au laboratoire de valider les performances du test et la qualité des résultats obtenus à partir d'un test défini par l'opérateur.

Le supplément du guide de l'opérateur sur les tests définis par l'opérateur de l'analyseur Atellica CH v1.28 et 1.28.51 (SMN 11468733) fournit des instructions complètes sur la façon de configurer des tests définis par l'opérateur sur les analyseurs Atellica CH et Atellica CI. Les instructions sur la façon de remplir le pack vide Atellica CH sont incluses dans la section intitulée "Remplissage de cartouches de réactifs CH vides", et les instructions pour copier les définitions de test sont incluses dans la section intitulée « Copie des tests existants définis par l'opérateur ».

Veuillez-vous référer au Tableau 2 pour les informations sur les produits à commander pour le test défini par l'opérateur.

Tableau 2 : Informations sur les produits à commander

Produit	Description	Siemens Material Number (SMN)
ADVIA Chemistry Iron_2	7 x 145 tests	10341118
Atellica CH EMPTY	4 x P1 Packs 4 x P2 Packs	11097534

Remarque : Les clients doivent commander deux kits ADVIA Chemistry Iron_2 pour avoir l'équivalent d'un kit Atellica CH Iron_2.

Le volume de remplissage du réactif requis pour le test défini par l'opérateur doit correspondre aux volumes de réactif indiqués dans les Instructions d'utilisation (IFU) de l'Atellica CH Iron_2. Veuillez-vous référer au Tableau 3 pour le volume de remplissage.

Tableau 3 : Volumes de remplissage des réactifs

Produit	Réactif 1 P1	Réactif 2 P2
Atellica CH Iron_2	23,5 mL/puits	8,2 mL/puits

La documentation technique est disponible à l'adresse : https://doclib.siemens-healthineers.com/home.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. Nous mettons tout en œuvre pour rétablir l'approvisionnement (dès que possible).

Veuillez agréer, cher client, l'expression de nos sincères salutations.

Electronically signed by: Nelly Szymusiak Reason: I am the author of this document Date: Mar 12, 2025 20:45 GMT+1

Nelly SZYMUSIAK
Chef de Produit Atellica Solution

Electronically signed by: FLORENCE LESCURIEUX Reason: I have reviewed this document Date: Mar 13, 2025 17:04 GMT+1

Florence LESCURIEUX
Responsable Marketing

*Le test ADVIA Chemistry Iron_2 (Iron_2) (SMN 10341118) a la même formulation de réactif que le test Atellica CH Iron_2 ; cependant, les cartouches de réactif ne sont pas interchangeables entre les tests. De plus, les Instructions d'utilisation (IFU) du test ADVIA Chemistry Iron_2 indiquent une utilisation sur les systèmes ADVIA Chemistry.

Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs