

BLEU PATENTE V SODIQUE	INFRACYANINE	CARMYNE	CARMIN D'INDIGO PROVINGO	PROVEDO 0.8%	INDIGO CARMIN	PROVEDYE	BLUE MARKER
2.5%, 25 mg/mL Ampoule 2 mL	2.5 mg/mL Ampoule 10 mL	40 mg/5 mL Ampoule 5 mL	40 mg/5 mL Ampoule 5 mL	40 mg/5 mL Ampoule 5 mL	1% Flacon 10 mL	0.5% 10 mg/2 mL Ampoule 2 mL	1% 10 mg/mL Flacon 1 mL
<i>Guerbet</i>	<i>Aguettant</i>	<i>Serb</i>	<i>Provepharm</i>	<i>Provepharm</i>	<i>Derm Tech</i>	<i>Provepharm</i>	<i>Aguettant</i>
Bleu patenté	Vert d'indocyanine	Indigotine Carmin d'indigo Indigo carmine		Indigotine Carmin d'indigo Indigo carmine		Bleu de méthylène	
							
Médicament	Médicament	Médicament	Médicament	Dispositif médical	Dispositif médical	Dispositif médical	Dispositif médical

Voie d'administration							
Sous-cutanée	Intra-artérielle	Voie sous cutanée en oncologie Voie IV directe selon l'indication en ophtalmologie, hépatologie et cardiologie	Administration intraveineuse lente sous surveillance de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque.	Pulvérisation locale en surface de la muqueuse gastro-intestinale ou sur une lésion ciblée.	Pulvérisation sur la zone à étudier.	Administration locale	Voie intra-vésicale, Voie rectale, Voie sous cutanée locale, Voie intra utérine, Dans l'orifice du kyste pilonidal

Indication							
Repérage des ganglions sentinelles avant la biopsie chez les patientes ayant un cancer du sein opérable	Repérage des territoires artériels	En oncologie: Le repérage peropératoire du ganglion sentinelle et la visualisation des voies lymphatiques en cas de cancer du sein. En ophtalmologie: L'étude des vaisseaux choroïdiens par angiographie oculaire en infra-rouge, pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), la myopie dégénérative et les autres causes de néovascularisation choroïdiennes. En hépatologie: La détermination du débit sanguin hépatique et de la réserve fonctionnelle hépatique par des tests de clairance. En cardiologie: La mesure du volume sanguin circulant et du débit cardiaque.	Détection peropératoire des complications urétérales suspectées au cours de la chirurgie abdomino-pelvienne	Marqueur pour l'endoscopie gastro-intestinale, en tant qu'aide à la visualisation des irrégularités topographiques et à la visualisation des lésions polyptoïdes ou planes, y compris les adénomes	Détection des anomalies des muqueuses (ulcérations, fissures, irrégularités de surface) et marquage de tumeurs ou de lésions	Marqueur pour visualisation chirurgicale, telles que le test d'étanchéité des sutures, la visualisation des fuites, le repérage d'un trajet fistuleux en per-opératoire et la visualisation du ganglion sentinelle en chirurgie oncologique.	Aide à la visualisation lors de procédures chirurgicales: - Délimitation des tissus et des pièces opératoires, (repérage cavité rénale, trajet fistuleux urinaire ou colique, kyste pilonidal, marquage du futur orifice d'une stomie), - Test d'étanchéité des sutures urinaires et colorectales, - Evaluation de la perméabilité tubaire

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi							
Quelle que soit la voie d'administration et la dose administrée, un risque d'hypersensibilité existe.	Quelle que soit la voie d'administration et la dose administrée, un risque d'hypersensibilité existe.	Usage d'un filtre recommandé (surface de filtration d'au moins 2,8 cm²). L'administration intraveineuse doit être interrompue en cas de survenue des symptômes suivants : bradycardie, tachycardie, hypotension, hypertension, survenue d'un rash ou érythème cutané, symptômes respiratoires à type de dyspnée ou de bronchospasme.		Dilution jusqu'à 0,1% dans de l'eau pour préparations injectables	Dilution recommandée en endoscopie digestive de 0,2%.	Utilisation en injection locale: non dilué ou dilué dans une solution de chlorure de sodium à 0,9%. Pour la visualisation du ganglion sentinelle en chirurgie oncologique, doit être dilué dans une solution de chlorure de sodium à 0,9%.	Ne pas utiliser non dilué Diluer au 1/100è dans une solution d'eau stérile ou dans une solution de NaCl 0.9% stérile.

Risque d'hypersensibilité						
Réaction d'hypersensibilité immédiate	Réaction d'hypersensibilité immédiate	Hypertension transitoire, bradycardie, hypotension, réaction anaphylactoïde	Réaction d'hypersensibilité	Réaction d'hypersensibilité	Réaction d'hypersensibilité	Réaction d'hypersensibilité

Tout effet indésirable observé suite à l'utilisation de ces médicaments ou dispositifs médicaux et suspecté d'être dû à l'un de ces produits doit être déclaré à l'autorité de santé compétente à l'adresse suivante : https://signalement.social-sante.gouv.fr/ En cas d'erreur d'utilisation, surveiller le risque d'hypersensibilité et contacter le CRPV de votre région. Pour toute information sur les produits, merci de prendre contact avec le fabricant du produit correspondant : safety@provepharm.com, infos@derm-tech.com, infoscientifique@aguettant.fr, https://serb.fr/contact-us/, Pharmacovigilance.Headquarters@Guerbet.com. Lien internet du poster : https://ansm.sante.fr/actualites/erreurs-didentification-de-colorants-utilises-au-bloc-operatoire-des-rappels-et-un-poster-pour-securiser-leur-administration	ansm Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
---	---