

Compte-rendu

Direction : DMDIV

Pôle : DIALOG

Personnes en charge : Gwennaëlle EVEN / THOMAS Thierry

Comité scientifique permanent – Contrôle de qualité des dispositifs médicaux (CSP CQDM)

Groupe de travail – Contrôle de qualités des installations de médecine nucléaire

Séance du 10 10 2025

Ordre du jour

N°	Points prévus à l'ordre du jour	Pour avis, audition, information, adoption ou discussion
	Point sur les déclarations publiques d'intérêts	Pour information
1 -	Audition des fabricants d'activimètres et de dispensateurs	Pour discussion

Membres et autres participants

NOM Prénom	Membre	Autre participant	Absent/excusé	Présent visio	Présent sur site Signature
ANTOINE Mathias		X	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
BELLY POINSIGNON Anne		X	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
BOUCHE Esther	X		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COMTAT Claude		X	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
DEMONFAUCON Christophe	X		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
DENAT Laurent	X		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DOYEUX Kaya		X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FAVERDIN Didier		X	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
IMBERT Laetitia		X	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
LELEU Cyril	X		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
MIENS Pauline	X		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FEUARDENT Juliette		X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
QUIRINS Charles	X		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DIEUDONNE Arnaud		X	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
COURBON Frédéric		X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BARBOTTEAU Yves		X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ARNOLD Karen		X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BELIN Anthony		X	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
BRISSE Françoise		X	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
MINASSIAN Joachim		X	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
LAMBOTTE Stéphanie		X	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Participants ANSM

NOM Prénom	Direction	Assiste à toute la séance	Assiste aux dossiers	DPI à jour et sans conflits d'intérêts avec les dossiers	Présent visio	Présent sur site signature
BRUYERE Hélène	DMDIV				<input type="checkbox"/>	
GUILLAUD ALEXANDRE	DMDIV	X			<input checked="" type="checkbox"/>	
MONDANGE Odile	DMDIV	X			<input checked="" type="checkbox"/>	

Introduction

Point sur les DPI et les situations de conflits d'intérêts

Le modérateur, après avoir vérifié que les membres n'ont pas de nouveaux liens à déclarer et que les DPI sont à jour, précise qu'aucune situation de conflits d'intérêts n'a été identifiée ou signalée au regard des dossiers de l'ordre du jour.

Aucun lien n'a été identifié pour les membres et les experts :
OUI

Dossiers

1- Audition des fabricants d'activimètres et de dispensateurs

Présentation du dossier

3 fabricants d'activimètres et dispensateurs ont été auditionnés à tour de rôle pour cette première session d'auditions :

- LEMERPAX
- TRASIS
- ORION
-

Chacun des fabricants auditionnés ont présenté les uns après les autres au groupe de travail les dispositifs distribués sur le marché français, les éventuelles :

- Evolutions technologiques
- Géométries particulière
- Paramètres spécifiques
- Contrôlent qualité intégrés
- Procédure d'étalonnage des isotopes
-

Ces auditions ont lieu dans le cadre de la mise à niveau des contrôles de la décision de 2008.

En effet cette dernière ne s'appliquait qu'aux activimètres de type chambre à puits et sera étendue aux systèmes de dispensation/injection.

Discussion entre les membres du GT et chacun des fabricants auditionnées à l'issue de chacune de leur présentations.

