

Numéro de notification :	N-0100
Date :	10 March 2026

Notification produit

À L'ATTENTION DU RESPONSABLE / DIRECTEUR DU LABORATOIRE

Produit : IDS SS-A/Ro **Code :** IS-AI1102 **Lot :** 62312

Notification : Réactivité inattendue de l'IS-AI1102 lot 62312

Chère Cliente, Cher Client,

Immunodiagnostic Systems (IDS) a reçu des retours concernant les performances du kit IDS SS-A/RO (code produit : IS-AI1102) lot 62312. Des investigations internes ont mis en évidence une réactivité inattendue pouvant potentiellement entraîner un échec de la calibration et/ou une sous-estimation des résultats.

Le test IDS SS-A/RO est utile pour approfondir l'évaluation des patients présentant des signes et symptômes d'une maladie du tissu conjonctif chez lesquels le test d'anticorps contre l'antigène nucléaire extractible (ENA) est positif. Le dépistage des anticorps SS-A/Ro est inutile chez les patients sans anticorps nucléaires extractibles démontrables (test ENA négatif). Un diagnostic clinique définitif doit être établi en tenant compte du tableau clinique et des autres résultats de laboratoire.

Problème étant limité au lot de kits IDS SS-A/RO 62312, nous vous prions de vérifier votre stock actuel. Si vous possédez des produits concernés, veuillez utiliser un kit d'un lot alternatif et arrêter l'utilisation du lot 62312. Pour toute question ou assistance concernant le remplacement de vos produits, veuillez contacter l'équipe du Support Technique d'IDS.

IDS a pour mission de fournir à votre laboratoire des produits et des solutions de haute qualité. Chaque client est important pour nous et nous vous remercions de votre soutien continu. N'hésitez pas à contacter l'équipe du Support Technique d'IDS pour toute information complémentaire.

IDS Deutschland GmbH
Herriotstrasse 1
60528 Francfort-sur-le-Main
IDS-TS.CNE@revvity.com
Tel. : + 49 69 26019 0950
Fax : +49 69 26019 0949

IDS France
42, rue Stéphane Mazeau
21320 Pouilly-en-Auxois
IDS-TS.FR@revvity.com
Tel : + 33 1 40 77 04 70
Fax : + 33 1 40 77 04 77

Immunodiagnostic Systems Ltd.
10 Didcot Way
Parc d'affaires de Boldon
Boldon, Tyne and Wear, NE35 9PD
IDS-TS.GLOBAL@revvity.com
Tel. : +44 (0) 191 519 6153