

Marchaux-Chaudefontaine, 5 février 2026

Objet: Avis d'arrêt de fabrication et de commercialisation et remplacement de produits – Dispositifs PCP-18/L et BST

Madame, Monsieur,

Nous vous informons par la présente que **DIXI Medical** a pris la décision de mettre fin à la fabrication et à la commercialisation des dispositifs suivants :

- **BST-020** : Boîtier de sélection
- **BST-103** : Interface générateur
- **BST-105** : Interface générateur
- **PCP-18/90** : Câble d'extension
- **PCP-18/300** : Câble d'extension

Ces produits ne sont plus fabriqués et resteront disponibles uniquement dans la limite des stocks existants, avant leur retrait définitif de notre portefeuille. La thermocoagulation est désormais réalisée à l'aide des câbles d'interface générateur PCP-410 (générateur Cosman G4) et PCP-420 (Inomed N50), commercialisés depuis 2023. Ce changement est sans incidence sur les produits déjà installés ou en cours d'utilisation, dont l'usage peut se poursuivre sans restriction.

Des informations complémentaires sont disponibles via les liens ci-dessous :

<https://www.youtube.com/watch?v=MDjVH3tHn0o>

<https://diximedical.com/fr/solutions/thermocoagulation>

Cette décision s'inscrit dans une évolution stratégique de notre portefeuille produits, visant à renforcer et faire évoluer notre offre, tout en maintenant le plus haut niveau de conformité réglementaire et de performance clinique.

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire concernant cette transition, la disponibilité des produits ou leur compatibilité.

Nous vous remercions de votre compréhension et de la confiance que vous nous accordez.

Nicolas Roche

Vice President of Sales and Marketing